

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
EYER PORTABLE RETINOGRAPH



Rx ONLY

MỤC LỤC

1. Hợp quy	4
1.1. Hướng dẫn an toàn	4
1.2. Chỉ định	5
1.3. Người dùng chính	5
1.4. Nhóm đối tượng bệnh nhân chính	5
1.5. Lợi ích về mặt lâm sàng	5
1.6. Chống chỉ định và hạn chế	5
2. Giới thiệu	6
2.1. Cách sử dụng	6
2.2. Tổng quan	6
2.3. Cài đặt và nguồn cấp điện	6
3. Eyer®	8
3.1. Tính năng thiết bị	8
3.1.1. Vận hành	9
3.2. Ứng dụng	10
3.2.1. Màn hình khởi động thiết bị và quyền truy cập	10
3.2.2. Tạo tài khoản Eyer	13
3.2.3. Chụp nhanh	16
3.2.4. Tạo bệnh nhân	18
3.2.4.1. Bệnh nhân	19
3.2.4.1.1. Tạo hồ sơ bệnh nhân thông qua Eyer®	19
3.2.4.1.2. Thông tin cá nhân của bệnh nhân	20
3.2.4.1.2.1. Info (Thông tin)	20
3.2.4.1.2.2. Xóa hồ sơ bệnh nhân trên Eyer®	21
3.2.4.1.2.3. Các lần khám	21
3.2.4.1.2.4. Tạo hồ sơ khám trên Eyer®	22
3.2.4.1.2.5. Màn hình chụp ảnh	23
3.2.4.1.2.6. Các ảnh đã chụp	25
3.2.4.1.2.6.1. Lỗi đồng bộ hóa	33
3.2.4.1.2.7. Phân tích và chỉnh sửa ảnh trên Eyer®	34
3.2.4.1.2.7.1. Cắt xén ảnh	34
3.2.4.1.2.7.2. Đo kích thước trên ảnh	35
3.2.4.1.2.7.3. Xoay ảnh	35
3.2.4.1.2.7.4. Độ sáng, độ tương phản	36
3.2.4.1.2.7.5. Chức năng ISNT	36
3.2.4.1.2.8. Xóa hình ảnh trên Eyer®	38
3.2.4.1.2.9. Xóa lần khám trên Eyer®	38
3.2.4.1.2.10. Tạo và chỉnh sửa chẩn đoán trên Eyer®	40
3.2.4.1.2.11. Gửi tập tin qua email	42
3.2.4.1.2.12. Cài máy in cho thiết bị	43
3.2.4.2. Các lần khám	43
3.2.1.3. Options (Tùy chọn)	44
3.2.4.3.1. Clinic (Phòng khám)	45
3.2.4.3.2. System (Hệ thống)	45
3.2.4.3.2.1. Logs (Nhật ký)	46
3.2.4.3.2.2. Defaults (Mặc định)	46
3.2.4.3.2.3. Tài nguyên nâng cao	48
3.2.4.3.2.4. Language (Ngôn ngữ)	48
3.2.4.3.2.5. Terms and conditions of use (Điều khoản và điều kiện sử dụng)	49

3.2.4.3.3. Device (Thiết bị)	49
3.2.4.3.3.1. Calibration (Hiệu chỉnh)	50
3.2.4.3.3.2. About (Giới thiệu)	50
3.2.4.3.3.3. User Manual (Hướng dẫn sử dụng)	51
3.2.4.3.4. Servers (Máy chủ)	51
3.2.4.3.4.1. Cài đặt máy chủ chung	51
3.2.4.3.4.2. Cài đặt máy chủ DICOM	52
3.2.4.3.4.3. Cài đặt máy chủ FTP	53
3.2.4.3.4.4. Cài đặt máy chủ SMB/CIFS	53
3.2.4.3.4.5. Local Folder (Thư mục trên điện thoại)	54
3.2.4.3.4.6. Thông tin tệp DICOM	55
3.2.5. Quy trình tắt thiết bị	56
4. Tiến hành khám	58
4.1. Hậu phòng của mắt	58
4.2. Tiền phòng của mắt	60
5. Bảo trì, xử lý và vệ sinh	60
6. Đóng gói, bảo quản, vận chuyển, lựa chọn địa điểm, vận hành và điều kiện môi trường	61
7. Linh kiện đính kèm và phụ kiện	61
7.1. Linh kiện đính kèm	62
7.2. Phụ kiện	62
8. Thải bỏ	62
9. Dây cáp và kết nối sạc	63
9.1. Dây cáp	63
9.2. Kết nối sạc	63
10. Thông tin kỹ thuật	65
10.1. Đặc tính quang học	65
10.2. Đặc tính điện học	66
11. Cảnh báo	67
12. Hướng dẫn khắc phục sự cố	68
12.1 Hỗ trợ từ xa	69
13. Tiêu chuẩn an toàn điện từ	70
13.1. Tuyên bố và hướng dẫn của nhà cung cấp - Phát thải điện từ	70
13.2. Tuyên bố và hướng dẫn của nhà cung cấp - Miễn nhiễm điện từ	71
13.3. Khoảng cách tách biệt tối thiểu khuyến nghị giữa các thiết bị liên lạc RF di động và Eyer®	73
13.4. Nhiều tần số vô tuyến	74
14. Khả năng tương thích sinh học	74
15. Thuật ngữ và ký hiệu	75
16. Thông tin an ninh mạng	76
16.1. Mục đích	76
16.2. Tổng quan về hệ thống	76
16.3. Nguyên tắc chung	76
16.4. Chức năng an ninh mạng	76
16.4.1. Xác thực người dùng	76
16.4.2. Tự động đăng xuất	76
16.5. Sao lưu dữ liệu	76
16.6. Các bản vá và cập nhật bảo mật	77
16.7. Thông báo sự kiện an ninh mạng	77
16.8. Các ứng dụng khác	77
17. Điều khoản bảo hành	78

1. Hợp quy

Phelcom Technologies đã phát triển thiết bị này theo tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu, ưu tiên an toàn cho bệnh nhân và người vận hành, tương thích điện từ và có quy trình vận hành thân thiện, các yếu tố này giúp cho Eyer® Portable Retinograph trở nên an toàn, đáng tin cậy và chắc chắn, đáp ứng các nhu cầu đa dạng nhất cho mục đích sàng lọc và chẩn đoán hình ảnh đáy mắt. Đã áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng chính như sau:

- IEC 60601-1:2005/AMD 1:2012
- IEC 60601-1-2:2014
- ISO 10940:2009
- ANSI Z80.36-2016
- ISO 15004-1:2020
- NEMA PS3.1-3.20 2021e
- IEC 62304:2006/AMD 1:2005
- ISO 10993-1 Tái bản lần thứ năm 2018-08
- ISO 10993-5 Tái bản lần thứ ba 2009-06-01
- ISO 10993-10 Tái bản lần thứ ba 2010-08-01

1.1. Hướng dẫn an toàn

Eyer® Portable Retinograph là một thiết bị có độ rủi ro thấp, tuân thủ tất cả các yêu cầu của ISO 15004-2020, ISO 10940:2009 và ANSI Z80.36-2016, được phân loại là máy soi đáy mắt Nhóm 1. Điều đó có nghĩa là bệnh nhân không gặp bất kỳ rủi ro nào liên quan đến ánh sáng của thiết bị trong quá trình chụp ảnh võng mạc. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn khuyến cáo quý khách hàng nên tuân thủ các hướng dẫn dưới đây:

- Thực hiện theo thông tin trên nhãn và đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng này trước khi bật và sử dụng thiết bị. Bất cứ nơi nào thấy biểu tượng , hãy đọc kỹ tất cả các khuyến nghị đưa ra.
- Thiết bị này không phù hợp để sử dụng khi có hỗn hợp dễ cháy có chứa không khí, oxy hoặc oxit nitơ.
- Sản phẩm chỉ được sử dụng làm phương tiện chẩn đoán các bệnh về mắt, không có chức năng điều trị.
- Không bắt buộc người vận hành phải có trang bị bảo hộ cá nhân khi vận hành thiết bị. Tuy nhiên, tùy chọn mang trang bị bảo hộ trong điều kiện bất lợi.
- Đặt thiết bị ở một địa điểm an toàn. Tránh rung chấn.
- Không được vệ sinh thiết bị bằng dung dịch ăn mòn. Tuân thủ quy trình khử trùng nêu trong hướng dẫn sử dụng này.
- Tránh rò rỉ bất kỳ chất lỏng hoặc chất rắn dạng hạt nào vào bên trong thiết bị.
- Không được sử dụng linh kiện nào ngoài các linh kiện được nêu trong hướng dẫn này, vì việc sử dụng chúng có thể gây hư hỏng thiết bị, gây mất hiệu lực bảo hành.
- Tránh để thiết bị tiếp xúc với sự thay đổi nhiệt độ và độ ẩm đột ngột vì có thể gây ngưng tụ hơi nước trên thấu kính, làm ảnh hưởng đến hiệu suất quang học.
- Khi tháo ra khỏi điện thoại thông minh thì phần dễ vỡ của hệ thống sẽ lộ ra. Hết sức cẩn thận để tránh làm hỏng các bộ phận quang học, chẳng hạn như trầy xước, bụi, dầu hoặc bất kỳ chất bẩn nào khác làm ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của thiết bị.
- Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng bất kỳ bộ phận, phụ kiện hoặc vật liệu.
- Tránh rơi và va đập để kéo dài tuổi thọ của thiết bị. Hư hỏng do rơi hoặc va đập không được bảo hành.
- Không được sử dụng thiết bị trong trường hợp có bất kỳ linh kiện nào bị hư hỏng. Liên hệ với cơ sở bảo hành để yêu cầu sửa chữa.
- Không được tháo rời thiết bị vì có thể làm hỏng các bộ phận quang học và điện tử, cũng như các cơ chế dễ vỡ.
- Liên hệ với cơ sở bảo hành trong trường hợp có bất kỳ sự cố nào liên quan đến thiết bị.
- Thiết bị chỉ được sử dụng tại các cơ sở lâm sàng/bệnh viện hoặc các chương trình tầm soát lưu động đã chiến bởi người vận hành đã được đào tạo.

1.2. Chỉ định

Eyer® Portable Retinograph là một máy ảnh kỹ thuật số dùng trong y tế để chụp đáy mắt mà không cần sử dụng thuốc nhỏ mắt để làm giãn đồng tử, kết hợp với điện thoại thông minh Samsung Galaxy S10 để chụp ảnh và quay video kỹ thuật số đáy mắt người, bề mặt mắt người và các vùng xung quanh.

1.3. Người dùng chính

Thiết bị này chỉ được vận hành bởi người đã được đào tạo bài bản, quen thuộc với máy chụp đáy mắt, kính soi đáy mắt, v.v. hoặc những người có kiến thức cần thiết để vận hành thiết bị hoặc thiết bị tương tự. Thiết bị này chỉ được sử dụng theo đúng với mục đích sử dụng.

1.4. Nhóm đối tượng bệnh nhân chính

Tất cả bệnh nhân đều có thể được chụp ảnh bằng thiết bị Eyer® Portable Retinograph.

1.5. Lợi ích về mặt lâm sàng

Có thể sử dụng Eyer® Portable Retinograph để soi đáy mắt mà không cần phải dùng thuốc giãn đồng tử. Hình ảnh kỹ thuật số của Eyer® Portable Retinograph có thể được lưu trữ cho mục đích theo dõi hoặc tư vấn. Quang trường 45 độ cho phép chẩn đoán chi tiết. Có thể học cách vận hành Eyer® Portable Retinograph một cách nhanh chóng và ngay cả người vận hành máy ảnh chưa có kinh nghiệm cũng có thể chụp ảnh với chất lượng đạt yêu cầu để sàng lọc nhanh.

Eyer® Portable Retinograph có độ linh hoạt cao dùng để chẩn đoán cho nhiều nhóm đối tượng bệnh nhân khác nhau không thể ngồi trước máy chụp đáy mắt dạng lắp trên bàn (ví dụ: bệnh nhân nằm ngửa, bệnh nhân ngồi xe lăn).

Do kích thước nhỏ và có độ linh động cao, Eyer® Portable Retinograph cũng có thể được sử dụng để thăm khám tại nhà và các trạm khám sàng lọc vùng sâu vùng xa.

1.6. Chống chỉ định và hạn chế

Vì việc tiếp xúc với ánh sáng cường độ cao kéo dài có thể làm tổn thương võng mạc, nên không được kéo dài việc sử dụng thiết bị để kiểm tra mắt một cách không cần thiết và cài đặt độ sáng không nên vượt quá mức cần thiết để có hình ảnh rõ ràng về cấu trúc đang quan sát.

Liều lượng phơi nhiễm võng mạc đối với nguy cơ quang hóa là hệ quả của độ chói và thời gian phơi sáng. Nếu giá trị độ chói giảm đi một nửa, thì thời gian đạt giới hạn phơi sáng tối đa sẽ tăng lên gấp đôi.

Mặc dù không xác định được nguy cơ bức xạ quang học cấp tính đối với máy soi đáy mắt trực tiếp hoặc gián tiếp, nhưng khuyến nghị cường độ ánh sáng chiếu vào mắt bệnh nhân được giới hạn ở mức tối thiểu cần thiết để chẩn đoán. Trẻ sơ sinh và người không có thủy tinh thể hoặc bị bệnh về mắt sẽ có nguy cơ cao hơn. Nguy cơ cũng có thể tăng lên nếu người được khám mắt đã tiếp xúc với cùng một dụng cụ hoặc bất kỳ dụng cụ nhãn khoa nào khác sử dụng nguồn sáng khả kiến trong 24 giờ trước đó. Nguy cơ này đặc biệt áp dụng nếu mắt đã được chụp ảnh võng mạc.

Eyer® Portable Retinograph được xếp vào Nhóm 1 dựa trên tiêu chuẩn ANSI Z80.36:2016. Thời gian sử dụng hàng ngày và số lượng xung tối đa cho phép được tính toán dựa trên kết quả phân loại quang học theo tiêu chuẩn ANSI Z80.36:2016.

Số lần chụp lại tối đa mỗi ngày: Không có giới hạn cụ thể nào được xác định bởi thiết bị hoặc tiêu chuẩn. Bác sĩ có thể lặp lại quy trình chụp, khám khi cần, chỉ cần đảm bảo sự thoải mái cho bệnh nhân và tránh tiếp xúc không cần thiết.

Thời gian chờ giữa các lần chụp: Về mặt kỹ thuật, không có khoảng thời gian bắt buộc nhưng khuyến nghị nên chờ vài giây giữa các lần chụp, vừa để bệnh nhân thoải mái vừa để giảm số lần quá trình mắt thích nghi với ánh sáng.

2. Giới thiệu

Khi trang bị Eyer® Portable Retinograph, quý khách hàng đã chọn được thiết bị hiện đại, chính xác và đáng tin cậy để thực hiện các cuộc kiểm tra nhãn khoa chất lượng cao, tuân theo hầu hết các quy định an toàn nghiêm ngặt nhất.

2.1. Cách sử dụng

Eyer® Portable Retinograph là một thiết bị chiếu sáng cho đoạn trước và đoạn sau của mắt người. Thiết bị cho phép chụp ảnh các cấu trúc ở những vùng này để chẩn đoán bệnh. Có sẵn ba chế độ khám: chụp ảnh võng mạc có màu, chụp ảnh võng mạc sử dụng ánh sáng không chứa bước sóng đỏ và chụp ảnh đoạn trước của mắt.

Lợi thế của Eyer® khi so với các thiết bị thông thường là tính di động, dễ sử dụng, chất lượng thăm khám và khả năng kết nối rất cao.



Chụp ảnh đáy mắt phải do người đã được đào tạo và có kỹ năng vận hành thiết bị. Nhân viên vận hành có trách nhiệm học hỏi các kỹ thuật áp dụng cho hệ thống này.

Thiết bị này được thiết kế cho các cơ sở lâm sàng/bệnh viện, cũng như sàng lọc bệnh nhân tại hiện trường. Việc sử dụng thiết bị không gây ra tác dụng phụ, tác dụng phụ thứ cấp hoặc tác dụng không mong muốn.

Hướng dẫn sử dụng này bao gồm thông tin về lắp ráp, kết nối, điều chỉnh, vận hành và bảo trì để cho phép sử dụng đầy đủ các tính năng của thiết bị. Rất mong quý khách hàng đọc tất cả nội dung và giữ hướng dẫn sử dụng trong tầm tay để dễ tham khảo và kiểm tra.

Trong trường hợp có bất kỳ thông tin, nghi vấn, đề xuất hoặc khiếu nại nào về các thành phần thiết bị, vui lòng liên hệ với cơ sở bảo hành. Đội ngũ kỹ thuật sẽ luôn giúp đỡ và hướng dẫn quý khách hàng, tối đa hóa tính hữu ích của thiết bị.

2.2. Tổng quan

Eyer® có thể được sử dụng tại các cơ sở lâm sàng/bệnh viện và các điểm khám dã chiến. Nhiệt độ phòng không được vượt quá 40 °C (104 °F). Để đảm bảo các tính năng của Eyer® hoạt động chính xác, thiết bị phải lắp đặt đúng cách theo các điều kiện dưới đây:

- Thiết bị không được tiếp xúc với nguồn nhiệt hoặc đặt trong khu vực có nước hoặc ẩm ướt.
- Tránh tác động trực tiếp của ánh nắng trong thời gian dài.

2.3. Cài đặt và nguồn cấp điện

Eyer® được cung cấp tách rời, không gắn với điện thoại thông minh. Trước khi sử dụng lần đầu, các kỹ thuật viên có trình độ và được nhà cung cấp ủy quyền phải cài đặt điện thoại thông minh và ứng dụng để đảm bảo thiết bị hoạt động hoàn hảo. Liên hệ với Phelcom để biết thêm thông tin để biết cách cài đặt lần đầu. Nhân viên Phelcom cũng có thể cấp quyền truy cập từ xa để bảo trì và có thể khắc phục sự cố của ứng dụng.

Nguồn năng lượng để Eyer® hoạt động là pin của điện thoại thông minh. Thiết bị không kết nối với mạng lưới điện. Khi không sử dụng để chụp ảnh, có thể gắn điện thoại thông minh vào đế đỡ và kết nối với bộ sạc pin của điện thoại, để sạc lại pin.



Để sạc điện, chỉ được sử dụng bộ sạc pin đi kèm với điện thoại thông minh hoặc bộ sạc hợp quy cách tuân thủ tất cả các hướng dẫn hiện hành về an toàn.



Khi đang sạc pin, không vào được màn hình hoạt động để khám.
Trong trường hợp thiết bị cạn pin thì có thể cần tháo rời pin để sạc bên ngoài bằng bộ sạc gốc.

Hình 1 hiển thị thiết bị đặt trên đế phụ kiện



Hình 1: Thiết bị đặt trên đế phụ kiện.



Nguồn sạc điện cho thiết bị là cổng kết nối USB-C 3.1 của điện thoại thông minh, tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn quy trình.

Cài đặt ứng dụng Eyer® cho điện thoại thông minh hoạt động theo các bước mô tả trong phần 2.2. Các yêu cầu tối thiểu đối với điện thoại thông minh tuân theo quy định ở Bảng 1.

Bảng 1: Yêu cầu tối thiểu đối với điện thoại thông minh

Hệ điều hành	Android Nougat 9.0 Pie
Màn hình	Màn hình AMOLED 6.1-inch, 1440 x 3640 pixel (~550 ppi)
Bộ vi xử lý	Qualcomm Snapdragon 885 hoặc Samsung Exynos 9820
Bộ nhớ	64 GB (UFS 2.1)
RAM	4 GB
Camera sau	12MP Dual Pixel, f/1.5 2.4-micro pixels OIS, điều khiển thủ công. Vị trí ống kính phải nằm ở giữa điện thoại thông minh.
Kết nối	Wi-Fi 802. 11ac MIMO, USB-C
Cổng sạc	Sạc nhanh USB-C
Pin	3400 mAh
Khả năng kháng nước	Xếp hạng IP 68
Kích thước	149,9 x 70,4 x 7,8 mm
Trọng lượng	157 g

Theo yêu cầu tối thiểu, điện thoại thông minh phù hợp nhất hiện có trên thị trường là Samsung Galaxy S10.


3. Eyer®

Eyer® rất đơn giản và thân thiện với người dùng. Chi tiết về thiết bị và ứng dụng cũng như quy trình vận hành được trình bày bên dưới:

3.1. Tính năng thiết bị

Hình 2, hình 3, hình 4, hình 5 và hình 6 trình bày danh sách tính năng bên dưới:

1. Eyer® Portable Retinograph tích hợp với điện thoại thông minh;
2. Nắp bảo vệ ống kính;
3. Nắp chụp bảo vệ mắt;
4. Đế phụ kiện (trạm sạc);
5. Bộ sạc và cáp USB;
6. Điện thoại thông minh hợp chuẩn;
7. Thân ống kính quang;
8. Cổng sạc;
9. Hộp chứa linh kiện điện tử;
10. Nhãn hợp quy có thông tin cơ bản



Hình 2: Nắp bảo vệ ống kính và nắp chụp bảo vệ mắt của thiết bị Eyer®



Hình 3: Đế và bộ sạc



Hình 4: Mặt sau của hệ thống gắn với điện thoại thông minh



Hình 5: Mặt trước của thiết bị gắn với nắp chụp bảo vệ mắt



Hình 6: Nhãn nhận dạng thiết bị dán vào vỏ máy

3.1.1. Vận hành

Sau khi mua thiết bị Eyer® Portable Retinograph, người dùng phải truy cập vào ứng dụng Eyer® và đăng nhập. Thực hiện theo các hướng dẫn tiếp theo để tạo tài khoản. Tất cả các hoạt động của thiết bị được thực hiện thông qua ứng dụng được cài đặt trong điện thoại thông minh, được sử dụng để ra lệnh, điều khiển, mô tả các thao tác và kết quả, cũng như truy cập các hệ thống bên ngoài để chia sẻ và lưu trữ hình ảnh.

Hoạt động của Eyer® được chia thành hai tùy chọn: Người dùng có thể tạo tài khoản hoặc chụp nhanh mà không cần đăng nhập. Xem phần 3.2.2 để tạo tài khoản và xem phần 3.2.3 để chụp nhanh.

Hướng dẫn gắn thiết bị Eyer vào phụ kiện gắn lên đèn khe (slit lamp adapter):

- 1) Chuẩn bị đèn khe: xoay bộ phận chiếu sáng và quang học của đèn khe về một bên, tạo đủ không gian để gắn giá đỡ (bộ chuyển đổi đèn khe).
- 2) Gắn giá đỡ: lắp giá đỡ chuyên dụng vào vị trí được thiết kế cho máy đo nhãn áp.
- 3) Điều chỉnh giá đỡ: nói lỏng vít để mở giá đỡ và tạo không gian cho thiết bị Eyer.
- 4) Điều chỉnh Eyer: đặt Eyer vào phần lõm ở đế giá đỡ, đảm bảo căn chỉnh phù hợp.
- 5) Cố định thiết bị: đóng phần trên của giá đỡ qua Eyer và vặn chặt vít đến khi thiết bị được cố định tại chỗ. Tránh vặn vít quá chặt dẫn đến hư hỏng.


Xem hướng dẫn trên trang web Phecom: <https://phelcom.com/helpcenter/using-the-eyer-with-a-slit-lamp/>

3.2. Ứng dụng

Ứng dụng Eyer® rất đơn giản và đầy đủ chức năng. Ứng dụng cho phép đăng ký bệnh nhân, thực hiện và tổ chức khám mắt, lập báo cáo và chỉnh sửa thông tin. Thông tin chụp ảnh và hồ sơ khám có thể được đồng bộ hóa một cách an toàn bằng các kết nối SMB/CIFS, DICOM, FTP hoặc kết nối Thư mục trên điện thoại, cho phép hiển thị dữ liệu và kiểm tra bên ngoài ứng dụng Eyer®. Để đồng bộ hóa dữ liệu bệnh nhân, hãy tham khảo phần 3.2.4.3.4 - **Máy chủ** để biết thông tin chi tiết.


3.2.1. Màn hình khởi động thiết bị và quyền truy cập

Khi bật điện thoại thông minh, người dùng phải đợi một phút để hệ thống cập nhật các chức năng và có thể hoạt động. Nếu truy cập trước thời gian này, một thông báo như hình 7 sẽ hiển thị.




Hình 7: Thông báo khởi động.

Sau khi khởi động, kéo thanh android trên cùng như hình 8, nó sẽ mở ra các công cụ truy cập nhanh, chọn tùy chọn Wi-Fi và cài đặt theo hình 9 và hình 10.



Hình 8: Màn hình khởi động thiết bị với thanh android trên cùng



Hình 9: Công cụ truy cập nhanh



Hình 10: Thông tin chi tiết về Wi-Fi




Hình 11: Các ứng dụng truy cập nhanh

Vào ứng dụng bằng một biểu tượng trên màn hình trung tâm, hình 8. Hình 12 mô tả màn hình tải chương trình.




Hình 12: Màn hình tải hệ thống ban đầu

Một màn hình cho phép thiết bị USB hiển thị ở cuối quy trình, hãy sử dụng màn hình này làm mặc định và nhấp vào “OK”, hình 13 và hình 14. Chọn ngôn ngữ như hình 15, và điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư như hình 16. Đọc kỹ các thông tin này trước khi chấp nhận.



Hình 13: Đặt thiết bị USB làm mặc định



Hình 14: Đặt thiết bị USB làm mặc định



Hình 15: Lựa chọn ngôn ngữ

TERMS AND CONDITIONS

Last update: July 10, 2020.

WARNING – READ CAREFULLY BEFORE ACCESSING OR USING OUR SERVICES.

Protecting your private information is a priority to Phelcom Technologies. This Privacy Policy applies to information and data collected by Phelcom through our website www.phelcom.com.br and our Softwares for the mobile Applications, Eyer and EyerCloud. This Privacy Policy governs our practices regarding data collection, processing and use. It also describes your options of use access and correction of your personal information.

By accessing our Website and/or Eyer and EyerCloud Softwares as User and/or Customer, you agree with this Privacy Policy.

IF YOU DO NOT AGREE WITH THE TERMS OF THIS PRIVACY POLICY, YOU CANNOT

[Terms of Use](#)

[Privacy Policy](#)

☒ I confirm that I have read and accept the **Terms of Use** and **Privacy Policy**

[Accept](#)

Hình 16: Chấp nhận Điều khoản sử dụng

3.2.2. Tạo tài khoản Eyer

Sau khi chấp nhận các điều khoản và điều kiện sử dụng, người dùng phải tạo tài khoản trên Eyer®. Thực hiện theo các hướng dẫn như trong hình dưới đây.

Hình 17: Nhấp chọn vào mục Create account.

Hình 18: Điền dữ liệu theo yêu cầu: Tên, Họ, Tên phòng khám và Quốc gia.

Hình 19: Điền một địa chỉ e-mail chưa được đăng ký và xác nhận email, tạo mật khẩu và xác nhận mật khẩu. **Lưu ý:** Mật khẩu phải có từ 8 ký tự trở lên có cả chữ cái, chữ số và ký hiệu.

Tạo mã PIN và xác nhận. **Lưu ý:** Mật khẩu dạng chữ số, sẽ dùng để truy cập vào thiết bị, mật khẩu phải có từ 4 chữ số trở lên.



Hình 17: Tạo tài khoản

Hình 18: Thông tin người dùng

Hình 19: Thông tin đăng nhập

Hình 20: Xác minh tài khoản

Hình 20: Mã xác minh đã được gửi tới email của người dùng. Điền mã này vào trường được yêu cầu, theo như hình minh họa ở trên và xác nhận.

Hình 21 bên dưới hiển thị email mà người dùng sẽ nhận được để điền vào trường đã nêu trong hình 20 nói trên.



Hình 21: Mã xác minh gửi vào email

Nếu người dùng không nhận được mã xác minh gửi vào email, hãy nhấp vào nút “Resend” như hình 20 và sẽ được gửi lại một mã mới.


Sau khi xác nhận mã của quý khách trên màn hình “Account Verification” (Hình 20), hãy đăng nhập bằng email và mật khẩu của quý khách (Hình 22).




Hình 22: Đăng nhập bằng email và mật khẩu

3.2.3. Chụp nhanh

Nếu người dùng có ý định chụp nhanh, chỉ để trực quan hóa bức ảnh thì có thể sử dụng màn hình chụp cơ bản. Người dùng phải nhấp vào nút “Capture” như trong Hình 23:



Hình 23: Tùy chọn Capture của chức năng Chụp nhanh



Hình 24: Màn hình khả dụng để Chụp nhanh

Màn hình khả dụng để Chụp nhanh như trong Hình 24, là Màn hình chụp cơ bản. Dưới đây là giải thích về các chức năng:

- **PRO:** Điều hướng đến toàn màn hình, với tất cả các tùy chọn điều khiển hiện có.
- **HDR:** Kết hợp hình ảnh với các mức phơi sáng khác nhau để tăng dải động.
- **AUTOSHOT:** Chụp tự động. Điều kiện để sử dụng chức năng “Autoshot” là việc định vị được thực hiện chính xác. Chức năng này tương tác với người dùng thông qua mục tiêu hiển thị trên màn hình.


Để biết thêm mô tả chi tiết về Màn hình chụp cơ bản, vui lòng xem phần **3.2.4.1.2.5 - Màn hình chụp ảnh**.

Để truy cập thư viện ảnh chụp nhanh, người dùng phải làm theo các bước sau:

1. Trên trang chủ, người dùng phải nhấp vào nút “Exams”, như trong hình 25
2. Click vào biểu tượng , hình 26
3. Chọn “import exams”, hình 27
4. Chọn hình ảnh muốn lấy, hình 28 và 29
5. Thêm các hình ảnh đã chọn vào bệnh nhân tương ứng, hình 29 và hình 30
6. Trong hình 31 trong thẻ Info, có thể quan sát thông tin chung về bệnh nhân đã chọn và trong thẻ Gallery (thư viện ảnh), hình 32, hiện ra các hình ảnh đã chuyển sang.




Hình 25: Màn hình chính, chọn exams




Hình 26: Màn hình exams



Hình 27: Màn hình import images
(nhập hình ảnh)



Hình 28: Màn hình import exams
(nhập hồ sơ khám)



Hình 29: Các hình ảnh muốn lấy



Hình 30: Màn hình Patients



Hình 31: Màn hình Info



Hình 32 Màn hình Gallery
(Thư viện ảnh)

3.2.4. Tạo bệnh nhân

Sau khi đăng nhập, một màn hình hiển thị như hình 25 cho phép truy cập tất cả các chức năng của hệ thống: bệnh nhân, lần khám và các tùy chọn.

Bấm vào biểu tượng đồng bộ  như hình 25, để kiểm tra trạng thái truyền thông tin như hình 33.



Hình 33: Trạng thái truyền thông tin của thiết bị

3.2.4.1. Bệnh nhân

Truy cập tùy chọn 1, “Patients”, trong màn hình chính như hình 25 để đăng ký, xem thông tin, thay đổi thông tin, cũng như thực hiện khám và chẩn đoán thông qua thông tin bệnh nhân.

3.2.4.1.1. Tạo hồ sơ bệnh nhân thông qua Eyer®

Chọn biểu tượng 1 trong hình 25, sẽ hiển thị màn hình như trong hình 34. Tại đây hiển thị danh sách tên các bệnh nhân đã được đăng ký. Kích hoạt nút  và nhập thông tin bệnh nhân. Phải điền thông tin vào các trường được đánh dấu trong hình 35.

1. Tên;
2. Họ;
3. MRN - Số Hồ sơ y tế (không bắt buộc)

Nhấn vào biểu tượng  để lưu thông tin và tự động tạo phiếu đăng ký cho bệnh nhân




Khi nhập độ tương đương cầu của bệnh nhân vào trường “spherical diopter” trong phần đăng ký của bệnh nhân, thiết bị sẽ tự động lấy nét khi màn hình chụp mở ra.



Hình 34: Màn hình trong tùy chọn “PATIENTS”, hình 25

Hình 35: Màn hình khi tạo hồ sơ bệnh nhân

Nhấp vào  để sắp xếp danh sách hồ sơ và chọn một tùy chọn: gần đây, tăng dần hoặc giảm dần, hình 36.



Hình 36: Bộ lọc để hiển thị hồ sơ bệnh nhân

3.2.4.1.2. Thông tin cá nhân của bệnh nhân

Hình 34 mô tả màn hình truy cập thông tin của các bệnh nhân đã đăng ký. Các thông tin này được hiển thị dưới dạng danh sách mà người dùng có thể tìm kiếm theo tên, sử dụng biểu tượng  hoặc bằng cách cuộn màn hình. Mỗi bệnh nhân có một biểu mẫu để đăng ký, có thông tin cá nhân và thông tin kỹ thuật, cũng như các hình ảnh đã chụp.

3.2.4.1.2.1. Info (Thông tin)

Có thể truy cập vào từng biểu mẫu đăng ký bệnh nhân ở hình 37 thông qua màn hình được mô tả như hình 34, hoặc tự động sau khi tạo hồ sơ bệnh nhân mới (mục 3.2.1.1.1 Tạo hồ sơ bệnh nhân qua Eyer®). Thông tin được cung cấp đầu tiên được tổng hợp trong thẻ “info”, với các chức năng sau:

1. Chỉnh sửa thông tin;
2. Đồng bộ hóa;
3. Tùy chọn;
4. Tạo lần khám mới (mục 3.2.4.1.2.4 Tạo hồ sơ khám thông qua Eyer®).

Hình 37: Biểu mẫu đăng ký bệnh nhân trong thẻ “Info”

3.2.4.1.2.2. Xóa hồ sơ bệnh nhân trên Eyer®

Chọn biểu tượng 3 trong hình 37 để xóa biểu mẫu bệnh nhân. Nhấp vào tùy chọn “remove” trong hộp kiểm ở hình 38.

Không chọn “remove remote” để xóa ảnh chụp khỏi Eyer® và lưu giữ trên máy chủ của quý khách hàng, hình 39.

Chọn “remove remote”, để xóa ảnh khỏi tất cả mọi nơi lưu trữ, hình 40.



Hình 38: Tùy chọn để xóa hồ sơ bệnh nhân.




39: Xóa hồ sơ bệnh nhân khỏi Eyer®



Hình 40: Xóa hồ sơ bệnh nhân khỏi Eyer® và các máy chủ đã được thiết lập

3.2.4.1.2.3. Các lần khám

Hình 41 mô tả biểu mẫu đăng ký bệnh nhân, trong đó có thể “exams”. Thẻ này hiển thị một danh sách các lần khám được sắp xếp theo ngày, giờ, trạng thái (đã đóng hoặc mở) và các hình ảnh hoặc báo cáo trong các lần khám đó. Biểu tượng  tạo thông tin khám trong hồ sơ bệnh nhân hiện tại.



Hình 41: Thẻ “Exams”

3.2.4.1.2.4. Tạo hồ sơ khám trên Eyer®

Chọn biểu tượng  trong thẻ “Info” hoặc “Exams” trong hình 41 và màn hình hiển thị trong hình 42.

Thẻ “Info” chứa tên bệnh nhân, ngày và giờ khám (bấm vào các trường nhập liệu để chỉnh sửa), có trường để viết ghi chú và một tùy chọn kiểu bật/tắt dùng cho bệnh nhân dùng thuốc giãn đồng tử.


Biểu tượng  mở màn hình chụp ảnh.




Hình 42: Thông tin tạo hồ sơ khám mới.

3.2.4.1.2.5. Màn hình chụp ảnh


Chọn biểu tượng  trong hình 42, sẽ mở ra màn hình như hình 43. Các biểu tượng của màn hình này được xếp theo chức năng.



Hình 43: Màn hình chụp ảnh.



Hình 44: Cố định các mục tiêu



Hình 45: Màn hình chụp đoạn trước của mắt – chế độ chuyên nghiệp

1. Chọn mắt

- 1.1 OD Hiện thị khám mắt phải của bệnh nhân.
- 1.2 OS Hiện thị khám mắt trái của bệnh nhân.

2. Lấy nét tự động

Khi khám mắt mà không biết về số độ diopter của bệnh nhân thì phải định vị thiết bị (quy trình khám tương tự như **phần 4** Tiến hành khám) và chạm vào hình ảnh dây thần kinh thị giác trên màn hình hiển thị hình ảnh.

Bệnh nhân sẽ thấy một ánh sáng trắng nhấp nháy. Không chụp ảnh vào thời điểm này, nhưng thiết bị sẽ lấy nét của mắt đang khám. Đưa thiết bị Eyer[®] rời khỏi mắt bệnh nhân. Có thể chụp ảnh sau vài giây nếu đồng tử không bị giãn khi dùng thuốc nhỏ mắt.

3. Lựa chọn đoạn của mắt

- 3.1 RETINA Biểu thị ảnh chụp của đoạn sau của mắt.
- 3.2 ANTERIOR Biểu thị ảnh chụp của đoạn trước của mắt. Chức năng này có các tham số cố định. Chỉ cần chọn mắt cần khám, hình 43.

4. Thư viện hình ảnh các lần khám

5. Chụp ảnh

6. Lấy nét thủ công

Chọn biểu tượng và kéo thanh điều chỉnh về phía giá trị mục tiêu để thông báo độ tương đương cầu của bệnh nhân.



Tiêu điểm hình ảnh tuân theo độ tương đương cầu của bệnh nhân.

7. Điều chỉnh ánh sáng

Thang đo ánh sáng thay đổi từ 1 đến 5.

Nhấp vào biểu tượng  để điều chỉnh ánh sáng thông qua thanh điều chỉnh.

Mức độ Điều chỉnh	Mức độ ánh sáng phát ra	Máy ảnh Nhận được	Chỉ định sử dụng	Đặc điểm tính năng
1	THẤP	100%	Mắt hoặc mô võng mạc rất trong phản xạ các cấu trúc bất thường ở phía sau mắt có thể cần điều chỉnh này nếu chúng có màu trắng hoặc sáng màu.	Ảnh tối phù hợp với những cấu trúc võng mạc có màu tươi sáng.
2	TRUNG BÌNH	100%	Mắt trong và võng mạc tiêu chuẩn.	Tăng độ tương phản và độ nét của các chi tiết trong các cấu trúc trong suốt như đầu dây thần kinh thị giác.
3	CAO	100%	Cài đặt tiêu chuẩn.	Lý tưởng để chụp bức ảnh đầu tiên để kiểm tra nhu cầu điều chỉnh.

Mức độ Điều chỉnh	Mức độ ánh sáng phát ra	Máy ảnh Nhận được	Chỉ định sử dụng	Đặc điểm tính năng
4	CAO	120%	Mắt sẫm màu hoặc có độ mờ ở các mô phía trước thủy tinh thể hoặc thủy dịch.	Điều chỉnh đầu tiên khi ảnh bị tối trong chế độ cài đặt mặc định.
5	CAO	150%	Mắt rất sẫm màu hoặc có độ mờ đục cao.	Tăng độ nhạy ảnh và chất lượng hình ảnh có thể giảm ở các vùng tối hơn.



Đặt mức chiếu sáng ở mức 1 trong trường hợp bệnh nhân bị tăng nhãn áp hay nghi ngờ tăng nhãn áp.

8. Chọn mục tiêu cố định bên trong

Bằng cách nhấp vào biểu tượng này, 9 vòng tròn sẽ hiển thị trên màn hình chụp, hình 31. Tính năng “Mục tiêu cố định bên trong” xác định vùng mắt nào được căn giữa trong khi chụp ảnh. Các vòng tròn lớn hơn mô tả: hoàng điểm (ở giữa) và dây thần kinh thị giác (bên trái để chụp mắt trái; bên phải để chụp mắt phải).

Khi hình ảnh được chụp từ các mục tiêu cố định khác nhau, trường thị giác được bao phủ càng lớn trong lần khám mắt. Khuyến nghị nên ấn các mục tiêu để chụp ảnh (nhấp vào biểu tượng một lần nữa).

9. Chức năng PRO

Chức năng PRO điều hướng đến toàn màn hình, với tất cả các tùy chọn điều khiển có sẵn. Xem hình 45.

10. Chức năng HDR

Chức năng này là sự kết hợp của hình ảnh với các mức phơi sáng khác nhau để tăng phạm vi động.


11. Chức năng AUTOSHOT

Tự động chụp. Điều kiện để sử dụng chức năng “Autoshot” là việc định vị được thực hiện chính xác. Chức năng này tương tác với người dùng thông qua mục tiêu hiển thị trên màn hình.


3.2.4.1.2.6. Các ảnh đã chụp

Chọn thẻ “Gallery”, hình 42, để xem hình ảnh đã chụp, hình 46.


Nhấp vào biểu tượng , hình 46, để chia sẻ hình ảnh, gửi thủ công qua DICOM/FTP/SMB; nhấp vào biểu tượng, hình 46, để tạo ảnh toàn cảnh, kết cấu hoặc hiệu ứng 3D và/hoặc xóa ảnh hàng loạt. Một hộp kiểm để chọn như hình 47 sẽ mở ra.



Hình 46: Hình ảnh được chụp trong khi khám mắt



Hình 47: Hộp kiểm cho hình ảnh




Hình 48: Màn hình gửi ảnh qua DICOM/FTP

1. Share (Chia sẻ):

Gửi hình ảnh đến các nền tảng bên ngoài.

Chọn và giữ hình ảnh để chọn cho đến khi khung hình vuông màu xanh hiển thị xung quanh hình ảnh.


Chọn biểu tượng , sau đó “share” và chọn phương thức gửi tệp.



2. Transfer (Truyền dữ liệu):


Màn hình hiển thị tóm tắt các kết quả khám và hình ảnh để gửi, với số liệu thống kê thành công và thất bại cũng như danh sách máy chủ khả dụng, hình 48.

Chọn biểu tượng , sau đó “transfer”, hình 47, sau đó chọn máy chủ ưu tiên, hình 48.



3. Panoramic (Toàn cảnh):


Một tập hợp các hình ảnh, được tạo ra từ việc lựa chọn hai hoặc nhiều mục tiêu cố định. Nhiều mục tiêu cố định tương đương với khu vực phân tích rộng hơn. Chọn và giữ các hình ảnh mong muốn, sau đó một khung hình vuông màu xanh sẽ hiển thị xung quanh các hình ảnh này. Chọn biểu tượng , sau đó “panoramic”. Xác nhận tạo và chờ đợi.



4. Texture (Kết cấu):


Hình ảnh có bộ lọc để hỗ trợ xác định tổn thương.

Chọn và giữ các hình ảnh mong muốn, sau đó một khung hình vuông màu xanh sẽ hiển thị xung quanh các hình ảnh này. Chọn biểu tượng , sau đó “texture”. Xác nhận tạo và chờ đợi.




5. Hiệu ứng 3D:


Hình ảnh động cho phép nhìn rõ hơn dây thần kinh thị giác. Chọn và giữ các hình ảnh mong muốn, sau đó một khung hình vuông màu xanh sẽ hiển thị xung quanh các hình ảnh này. Chọn biểu tượng , sau đó “3D effect”. Xác nhận tạo và chờ đợi.



6. Heatmap (Bản đồ nhiệt):


Chế độ trực quan hóa dữ liệu làm nổi bật các vùng thay đổi của võng mạc. Yêu cầu đánh giá chuyên khoa. Chọn và giữ các hình ảnh mong muốn, sau đó một khung hình vuông màu xanh sẽ hiển thị xung quanh các hình ảnh này. Chọn biểu tượng , sau đó “heatmap”. Xác nhận tạo và chờ đợi.







7. Select low quality images (Chọn hình ảnh chất lượng thấp)

Chọn và giữ các hình ảnh mong muốn, sau đó một khung hình vuông màu xanh sẽ hiển thị xung quanh các hình ảnh này. Chọn biểu tượng , sau đó "Select low quality images". Xác nhận tạo và chờ đợi.







8. Delete images (Xóa ảnh):

Xóa vĩnh viễn một hình ảnh hoặc bộ hình ảnh. Kiểm tra phần 3.2.1.1.2.8. Xóa ảnh trên Eyer® để xóa ảnh đã phóng to.


Chọn và giữ các hình ảnh mong muốn xóa, chọn biểu tượng , sau đó “Delete images” và “yes”.



3.2.4.1.2.6.1. Lỗi đồng bộ hóa

Trong trường hợp không đồng bộ hóa kết quả khám được thì sẽ hiển thị biểu tượng  như hình 49. Chọn biểu tượng để kiểm tra nguyên nhân.


“Synchronization Status” như hình 50 hiển thị máy chủ định vị và lỗi gửi dữ liệu. Chạm vào thông báo màu đỏ và kiểm tra chi tiết đồng bộ hóa để biết thêm thông tin như trong hình 51.



Hình 49: Lỗi đồng bộ hóa.




Hình 50: Chi tiết đồng bộ hóa



Hình 51: Trạng thái đồng bộ hóa

3.2.4.1.2.7. Phân tích và chỉnh sửa ảnh trên Eyer®


Nhấp vào ảnh chụp cần xem để phân tích hình ảnh trên thiết bị. Một màn hình với chế độ xem mở rộng như hình 52 sẽ hiển thị. Dùng biểu tượng  để chỉnh sửa.



Hình 52: Ảnh mở rộng.

3.2.4.1.2.7.1. Cắt xén ảnh


Chọn biểu tượng  để cắt hình ảnh và chọn hình chữ nhật hoặc hình elip, sau đó kéo đến khu vực muốn chọn như hình 53. Hoàn thành tác vụ bằng cách nhấp vào biểu tượng .



Hình 53: Chỉnh sửa ảnh trên màn hình cắt ảnh.

3.2.4.1.2.7.2. Đo kích thước trên ảnh


Nhấp vào biểu tượng  để đo kích thước ảnh. Có sẵn hình chữ nhật và hình elip như hình 54. Nhấp vào biểu tượng  để hoàn tất



Hình 54: Màn hình đo kích thước trên ảnh.

3.2.4.1.2.7.3. Xoay ảnh


Chọn biểu tượng  và kéo chỉnh độ xoay theo hướng mong muốn để xoay ảnh như hình 55. Sau khi hoàn thành, chọn biểu tượng .



Hình 55: Màn hình xoay ảnh.

3.2.4.1.2.7.4. Độ sáng, độ tương phản


Kéo thanh tỷ lệ có biểu tượng ☀ để điều chỉnh độ sáng của ảnh hoặc biểu tượng 🌑 để điều chỉnh độ tương phản như hình 56. Chọn biểu tượng ✓ khi hoàn tất



Hình 56: Màn hình độ tương phản sáng tối hình ảnh.


3.2.4.1.2.7.5. Chức năng ISNT

Người dùng phải bấm vào nút CDR (Tỷ lệ Cup-Disc) để mở chức năng định khu ISNT: Inferior: phần dưới của mắt; Superior: phần trên của mắt; Nasal: phần gần mũi (phía trong); Temporal: phần gần thái dương (phía ngoài), hình 57.



Hình 57: CDR (Nút tỷ lệ Cup-Disc)


Đầu tiên, người dùng phải chọn vùng muốn kiểm tra và một biểu đồ sẽ được tạo bên dưới, như trong Hình 58.




Hình 58: Biểu đồ ISNT được tạo ra

Người dùng có thể sử dụng công cụ ổ khóa đóng để cố định vùng này hay vùng khác. Có thể phân tích hình ảnh này thông qua các hình từ 59 đến 62.


Để xóa biểu đồ đã tạo, người dùng phải nhấp vào nút được tô sáng trong hình 63.




Hình 59: Minh họa ổ khóa




Hình 60: Minh họa ổ khóa



Hình 61: Minh họa ổ khóa



Hình 62: Minh họa ổ khóa



Hình 63: Tùy chọn xóa


3.2.4.1.2.8. Xóa hình ảnh trên Eyer®

Bấm vào ảnh để mở rộng như hình 41, sau đó bấm vào  và xác nhận. Không thể khôi phục hình ảnh sau khi xóa.


3.2.4.1.2.9. Xóa lần khám trên Eyer®

Trong danh sách các lần khám của bệnh nhân, hình 54, trượt sang trái và chọn “remove” như hình 64.


Không kích hoạt “remove remote” như hình 65, khi chỉ muốn xóa lần khám ra khỏi Eyer® mà không xóa trên các máy chủ khác đã thiết lập. Kích hoạt tính năng này để xóa ảnh trên tất cả các máy chủ như hình 66.



Hình 64: Xóa lần khám



Hình 65: Xóa lần khám trên Eyer®



Hình 66: Xóa lần khám trên Eyer® và các máy chủ đã thiết lập

3.2.4.1.2.10. Tạo và chỉnh sửa chẩn đoán trên Eyer®

Sau khi chụp ảnh, thẻ “Info” như hình 42, kích hoạt tính năng “diagnosis” để chèn các báo cáo kỹ thuật như hình 67.

Chọn biểu tượng  để tạo chẩn đoán.




Hình 67: Tạo chẩn đoán cho lần khám hiện tại.

Khi đã tạo được chẩn đoán thì màn hình hiển thị như trong hình 68 sẽ mở ra trong thẻ “Info”. Trường có thể chỉnh sửa được “Diagnostic Hypothesis” bao gồm: gợi ý chẩn đoán bệnh trong trường “ICD pattern” và đối với các bệnh lý không có mã ICD thì sử dụng trường “other”.



Hình 68: Nhập thông tin chẩn đoán


Tất cả hình ảnh sẽ được chọn trong thẻ “images” như hình 69. Nếu muốn không cho một ảnh nào đó xuất hiện trong báo cáo, hãy nhấp vào hình ảnh đó cho đến khi mất khung màu xanh viền xung quanh hình ảnh đó. Lặp lại quy trình này với hiệu ứng 3D. Nhấn vào ✓ để hoàn tất báo cáo.



Hình 69: Ảnh đã chọn đưa vào báo cáo kỹ thuật

Tệp báo cáo sẽ hiển thị bên dưới trường chẩn đoán như hình 70:


1. Gửi báo cáo đến một trong các máy chủ đã được thiết lập;
2. Chỉnh sửa thông tin báo cáo;
3. Tạo tập tin
4. Xóa chẩn đoán.




Hình 70: Chẩn đoán liên quan đến lần khám.

Khi chọn biểu tượng  (tạo báo cáo) sẽ hiển thị màn hình minh họa như trong hình 71. Các biểu tượng đại diện cho:

1. Tìm kiếm văn bản trong tệp
2. Gửi tệp, chọn ứng dụng để mở tệp, tải xuống, in hoặc báo lỗi, hình 72




Hình 71: Báo cáo do ứng dụng tạo ra



Hình 72: Các tùy chọn tập tin

3.2.4.1.2.11. Gửi tập tin qua email


Vào “Send file” như hình 72, sau đó chọn “Gmail”, bất kể máy chủ email của người dùng, như hình 73, và làm theo hướng dẫn của ứng dụng.



Hình 73: Gửi tập tin qua email

3.2.4.1.2.12. Cài máy in cho thiết bị

Vào chức năng “open with” như hình 72, chọn ứng dụng máy in nội bộ như hình 74 và làm theo hướng dẫn. Cần có máy in có kết nối Wi-Fi và phải mở máy in lên để hiển thị trong danh sách máy in khả dụng



Hình 74: In ra dạng file PDF

3.2.4.2. Các lần khám

Có thể tham khảo các lần khám như trong phần **3.2.4.1.2.3 - Các lần khám** hoặc bằng bất cứ hình thức trực tiếp nào khác, khi màn hình khởi động như trong hình 25, biểu tượng 2. Khi được kích hoạt trực tiếp, một danh sách các bệnh nhân được lên lịch cho ngày hiện tại như trong hình 75 sẽ hiển thị theo lịch đặt trước. Nhấp vào ngày và chọn ngày để khám hoặc chỉnh sửa.

Các lần khám được tổ chức theo trình tự thời gian tăng dần. Trạng thái “Open” có nghĩa là lần khám đã được tạo ra nhưng chưa hoàn thành; Trạng thái “Closed” nghĩa là đã hoàn tất lần khám. Các biểu tượng đại diện:

- 🔍 tìm kiếm bệnh nhân;
- ↻ đồng bộ hóa thông tin;
- ⋮ đồng bộ hóa các lần khám với một máy chủ khác.


Sau khi mở biểu mẫu đăng ký bệnh nhân, người dùng truy cập vào màn hình được minh họa trong hình 42. Quy trình thao tác cũng tương tự



Hình 75: Các lần khám trong một ngày cụ thể

3.2.1.3. Options (Tùy chọn)

Tùy chọn 3 trên màn hình khởi động ứng dụng đề cập đến nút “options” như trong hình 25, hiển thị thông tin về phòng khám, hệ thống, thiết bị và máy chủ như trong hình 76.



Hình 76: Các chức năng có sẵn của thẻ “Options”

3.2.4.3.1. Clinic (Phòng khám)

Tùy chọn 1. “Clinic” như trong hình 76, hiển thị thông tin về phòng khám đã truy cập vào như trong hình 77.


Hình 77: Thông tin phòng khám

The screenshot shows a mobile application interface for a clinic. At the top, there is a back arrow and the title "CLINIC". Below this, a box contains the text "Phelcom" and "Phelcom Technologies". The main content area lists various fields with their values: "DOCUMENT" is "-", "MANDATORY DOCUMENT" is "NONE", "ADDRESS" is "RUA JOSE MISSALI, 820", "NUMBER" is empty, "DISTRICT" is empty, "CITY" is "SAO CARLOS", "POSTAL CODE" is empty, "STATE" is "São Paulo", "COUNTRY" is "Brazil", and "PHONE (+1)" is empty.

3.2.4.3.2. System (Hệ thống)

Tùy chọn 2. “System” như trong hình 76, hiển thị các tùy chọn để xem nhật ký hệ thống, cài đặt mặc định và ngôn ngữ, cũng như các điều khoản và điều kiện như trong hình 78


Hình 78: Màn hình hệ thống.



3.2.4.3.2.1. Logs (Nhật ký)

Tính năng 1. “Logs” như trong hình 78, hiển thị các tùy chọn để kiểm soát sổ đăng ký, được sử dụng để chẩn đoán các sự cố hệ thống như trong hình 79.

- Log level (Cấp độ nhật ký): Cấp độ đăng ký sự kiện nội bộ trong ứng dụng
- Native log level (Cấp độ nhật ký bản địa): Cấp độ đăng ký khám nội bộ trong ứng dụng




Hình 79: Nhật ký hệ thống

3.2.4.3.2.2. Defaults (Mặc định)

Vào tùy chọn 2 như trong hình 78, để xem cài đặt mặc định của thiết bị. Một màn hình như trong hình 80 sẽ hiển thị. Nhấp vào biểu tượng  để thay đổi giá trị mặc định như trong hình 81.



Hình 80: Cài đặt mặc định của thiết bị




Hình 81: Chính sửa giá trị mặc định của thiết bị

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Cường độ ánh sáng: | Đặt mức ánh sáng cho ảnh - mức ánh sáng mặc định cho màn hình chụp ảnh là 3 |
| 2. Mắt cần khám: | Chọn bên khám mắt mặc định: phải hoặc trái |
| 3. Mục tiêu cố định bên trong: | Đặt mục tiêu cố định mặc định để chụp |
| 4. Chế độ chụp: | Chọn chế độ cơ bản hoặc chế độ chuyên nghiệp |
| 5. Nền hình ảnh báo cáo màu trắng: | Sau khi được bật, thiết lập nền trắng để chụp |
| 6. Tự động loại bỏ màu đỏ: | Khi được bật lên, sẽ tạo tự động các lần khám loại bỏ màu đỏ |
| 7. Mặc định giãn đồng tử: | Khuyến nghị cho những khách hàng sử dụng thuốc giãn đồng tử |
| 8. Loại bỏ tán xạ giác mạc: | Sau khi được bật, sẽ loại bỏ tán xạ giác mạc |
| 9. Xác nhận thông tin bệnh nhân: | Sau khi được bật, cần xác nhận thông tin khi truy cập hồ sơ bệnh nhân |
| 10. Đồng bộ hóa các lần khám mở-đóng: | <p>Khi kích hoạt: hình ảnh sẽ được đồng bộ hóa tự động khi chụp ảnh. Khi không kích hoạt: hình ảnh chỉ đồng bộ hóa khi quá trình khám hoàn tất.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông báo dữ liệu chưa đồng bộ: Hệ thống tự động đồng bộ hóa thời gian tính bằng giây (máy chủ gửi và/hoặc nhận thông tin bệnh nhân, lần khám, hình ảnh, báo cáo). 2. Khoảng thời gian đồng bộ: Cứ sau x giây thiết bị sẽ thực hiện quá trình đồng bộ hóa, liên lạc với máy chủ. |
| 11. Lưu trữ thông tin: | <p>Khi được kích hoạt, hồ sơ bệnh nhân và lần khám vẫn nằm trong thiết bị trong khoảng thời gian lưu trữ đã cài đặt. Sau đó, các tệp sẽ bị xóa và chỉ còn lưu lại trong bộ nhớ đám mây. Thông thường có thể kiểm tra hồ sơ bệnh nhân, xem và chỉnh sửa các lần khám.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thời gian lưu trữ dữ liệu (ngày): xác định thời gian lưu trữ thông tin trong thiết bị theo ngày |

3.2.4.3.2.3. Tài nguyên nâng cao

Hình 78, tùy chọn 3, mô tả các tài nguyên nâng cao trong Eyer®: Autoshot (Chụp tự động), Evaluate Capture Quality (Đánh giá chất lượng chụp), Evaluate heatmap (Đánh giá bản đồ nhiệt), Generate heatmap image on capture (Tạo hình ảnh bản đồ nhiệt khi chụp) và Instant feedback (Phản hồi tức thì), hình 82 và 83.




Hình 82: Tắt chức năng Tài nguyên nâng cao



Hình 83: Bật chức năng Tài nguyên nâng cao

3.2.4.3.2.4. Language (Ngôn ngữ)

Hình 78, tùy chọn 4, mô tả vị trí cài đặt ngôn ngữ trong thiết bị Eyer®: tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), tiếng Anh (Mỹ) và tiếng Tây Ban Nha như trong hình 84.




Hình 84: Lựa chọn ngôn ngữ thiết bị


3.2.4.3.2.5. Terms and conditions of use (Điều khoản và điều kiện sử dụng)

Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư được hiển thị cho người dùng khi truy cập thiết bị lần đầu tiên, để cho phép và chấp nhận, mục 3.2.1 - Màn hình khởi động thiết bị và truy cập, như trong hình 16.

Chọn tùy chọn 5 để truy cập lại như trong hình 78, sẽ hiển thị “Terms and conditions” (Điều khoản và điều kiện), và điều khoản sử dụng. Chọn “Privacy Policy” (Chính sách bảo mật) như trong hình 86, để đọc.




Hình 85: Điều khoản sử dụng



Hình 86: Chính sách bảo mật

3.2.4.3.3. Device (Thiết bị)

Tùy chọn “Device” chứa thông tin về thiết bị, mục 3 như trong hình 76. Khi chọn tính năng này, có ba tùy chọn khả dụng: 1. Calibration (Hiệu chỉnh), 2. About (Giới thiệu), 3. User Manual (Hướng dẫn sử dụng) như trong hình 87.



Hình 87: Thông tin kỹ thuật trên thiết bị


3.2.4.3.3.1. Calibration (Hiệu chỉnh)

Nhấp vào tùy chọn 1. “Calibration” như trong hình 87, để chuyển sang màn hình như trong hình 88.

- Hướng thiết bị về phía bề mặt phẳng và trong.
- Kích hoạt nút “start” như trong hình 88 và đợi thiết bị điều chỉnh kỹ thuật.

Lưu ý: Trong trường hợp hình ảnh camera không theo hình tròn đối xứng, hãy điều chỉnh bằng tay.

- Chọn các biểu tượng phía trên màn hình (thu phóng và nhắm mục tiêu).
- Hoàn thành quy trình bằng cách chọn biểu tượng .




Hình 88: Màn hình hiệu chỉnh thiết bị di động

3.2.4.3.3.2. About (Giới thiệu)

Truy cập thông tin trên thiết bị thông qua màn hình như hình 87, mục 2. Người dùng sẽ được chuyển đến màn hình như hình 89 gồm các thông tin:

- 1. Phiên bản software (phần mềm):** thông tin về phiên bản ứng dụng hoạt động
- 2. Phiên bản firmware:** phiên bản phần mềm trên khung thiết bị
- 3. Số sê-ri:** số sê-ri riêng, không được phép chuyển nhượng
- 4. Số thiết bị:** số nhận dạng thiết bị



Hình 89: Thông tin thiết bị

3.2.4.3.3. User Manual (Hướng dẫn sử dụng)

Truy cập hướng dẫn sử dụng bằng tính năng “Manual” trong ứng dụng như trong hình 11, phần 3 hoặc tùy chọn 3, “Manual” như trong hình 87.

3.2.4.3.4. Servers (Máy chủ)

Tùy chọn 4. “Servers”, cho phép truy cập các máy chủ khả dụng như trong hình 90.

Chọn nút  như trong hình 90, để thêm một máy chủ mới. Chọn loại máy chủ để đồng bộ hóa như trong hình 91 và điền thông tin như mô tả trong mục **3.2.4.3.4.1 - Thiết lập máy chủ chung**.



Hình 90: Danh sách máy chủ



Hình 91: Tùy chọn tạo máy chủ

3.2.4.3.4.1. Cài đặt máy chủ chung

Bất kỳ loại máy chủ nào cũng yêu cầu xác định thông tin như trong hình 92:

1. Action (Hành động): Xác định hành vi của máy chủ hành động, hình 93:

- a. Primary (Chính):** Máy chủ liên lạc chính, tất cả thông tin bắt buộc phải được đồng bộ với máy chủ này;
- b. Mirror (Bản sao):** Tất cả thông tin được tạo trong thiết bị sẽ đồng bộ hóa với tất cả các máy chủ bản sao, ngoài máy chủ chính;
- c. Contingency (Dự phòng):** Chỉ hoạt động trong trường hợp máy chủ chính bị lỗi;
- d. Manual (Thủ công):** Vẫn khả dụng để gửi dữ liệu. Chỉ hoạt động khi được chọn thủ công;
- e. Deactivated (Đã hủy kích hoạt):** Máy chủ bị vô hiệu hóa;
- f. Management (Quản lý):** Máy chủ liên lạc cơ bản (EyerCloud). Không loại bỏ được.

2. Name (Tên): ID máy chủ, không cần phải là duy nhất.

3. Key (Mật khẩu): Được tạo tự động, dựa trên tên máy chủ. Mật khẩu phải là duy nhất và phải bao gồm ba ký tự (từ A đến Z, viết hoa và/hoặc viết thường) và ba chữ số (từ 0 đến 9).

← SERVER ✓

ACTION: MANUAL 1

NAME 2

KEY 3

DICOM

AE Title

ARCHIVE AE

AET

IP

PORT

WORKLIST AE

☐ SAME AS ARCHIVE

Hình 92: Cài đặt máy chủ chung

← SERVER ✓

ACTION: MANAGEMENT

NAME: EVERCLOUD

KEY: EYED

SERVICE: http://

ACTION

☐ PRIMARY a

☐ MIRROR b

☐ CONTINGENCY c

☐ MANUAL d

☐ DEACTIVATED e

☒ MANAGEMENT f

CANCEL OK

Hình 93: Các tùy chọn đồng bộ hóa

3.2.4.3.4.2. Cài đặt máy chủ DICOM

Thêm thông tin máy chủ để lưu trữ lần khám (Archive AE) hoặc thông tin máy chủ danh sách công việc (worklist server) để sử dụng máy chủ DICOM như trong hình 94.

1. AE Title: Định danh ứng dụng trong hệ thống
2. AET: Định danh máy chủ
3. IP: IP máy chủ
4. Port: Cổng máy chủ
5. Modality (Phương thức): Chỉ được sử dụng trong ngữ cảnh danh sách công việc (worklist), đại diện cho kiểu tệp DICOM.

Hình 94: Cài đặt máy chủ DICOM

← SERVER ✓

AE Title 1

ARCHIVE AE

AET 2

IP 3

PORT 4

WORKLIST AE

☐ SAME AS ARCHIVE

AET 2

IP 3

PORT 4

MODALITY 5

3.2.4.3.4.3. Cài đặt máy chủ FTP

Điền thông tin như hình 95 để sử dụng máy chủ FTP.

1. Địa chỉ máy chủ
2. Cổng máy chủ
3. Tên người dùng
4. Mật khẩu
5. Định dạng tập tin được chuyển (DCM hoặc JPG).

Hình 95: Cài đặt máy chủ FTP

3.2.4.3.4.4. Cài đặt máy chủ SMB/CIFS

Điền thông tin như trong hình 96 để sử dụng máy chủ SMB/CIFS


1. Địa chỉ máy chủ
2. Tên thư mục dùng chung
3. Tên miền
4. Khi được kích hoạt, quá trình chuyển tập tin sẽ sử dụng xác thực
5. Tên người dùng
6. Mật khẩu
7. Định dạng file cần truyền (DCM hoặc JPG).

Hình 96: Cài đặt máy chủ SMB/CIFS

3.2.4.3.4.5. Local Folder (Thư mục trên điện thoại)

Điền thông tin như hình 97 để sử dụng máy chủ Local Folder.

Chọn thư mục trong hình 98, sau đó nhấn vào “Use this folder” trong hình 99.



Hình 97: Tạo thư mục trên điện thoại

Hình 98: Tạo thư mục trên điện thoại

Hình 99: Tạo thư mục trên điện thoại

3.2.4.3.4.6. Thông tin tệp DICOM

Mọi lần khám trên thiết bị Eyer® có thể được chuyển đổi sang tiêu chuẩn DICOM, tạo thành tệp có định dạng .dcm. Các trường khác nhau được điền cho tiêu chuẩn đó, dưới dạng các THẺ như sau:

- **PatientID:** Được xây dựng từ mã số hồ sơ y tế của phòng khám, với tiền tố được xác định trong trường “DICOM Prefix” trong màn hình hệ thống Eyer®.

Ví dụ: Đối với phòng khám đã đăng ký hồ sơ y tế CNS, một tệp DICOM có giá trị PatientID “phelcom_cnsPaciente” sẽ được tạo ra.

- **PatientComments:** Có cấu trúc JSON với thông tin về tiền sử và thông tin về số độ đi-ốp của bệnh nhân.


Ví dụ:

```
{
  "anamnesis": {
    "hypertension": true,
    "smoker": true,
    "glaucoma": true,
    "cataract": true
  },
  "dioptr": {
    "right": {
      "spherical": "-3.25",
      "cylindrical": "-0.75",
      "axis": "90"
    },
    "left": {
      "spherical": "-3.25",
      "cylindrical": "-0.75",
      "axis": "90"
    }
  },
  "email": "contato@emailcom.br"
}
```

- **PatientSex:** Giới tính bệnh nhân, luôn ở định dạng M (nam), F (nữ) hoặc O (khác)
- **PatientBirthDate:** Ngày sinh của bệnh nhân (YYYYMMDD)
- **PupilDilated:** Trạng thái giãn đồng tử “CÓ” hoặc “KHÔNG”
- **ImageLaterality:** Khám bên “R” (phải) hoặc “L” (trái)
- **Manufacturer:** Nhà sản xuất, cố định là “Phelcom Technologies”
- **ManufacturerModelName:** Cố định là “Eyer”
- **deviceSerialNumber:** Số sê-ri của thiết bị được sử dụng trong lần khám
- **SoftwareVersions:** Số phiên bản của phần mềm được sử dụng trong lần khám
- **InstitutionName:** Tên phòng khám
- **SeriesDescription:** Loại hình khám (có màu, sử dụng ánh sáng không chứa bước sóng đỏ, có kết cấu, có hiệu ứng 3D hoặc chế độ toàn cảnh)
- **SeriesDate:** Ngày chụp (YYYYMMDD)
- **SeriesTime:** Thời gian chụp (HHmmss)
- **SeriesNumber:** Số thứ tự lần khám
- **Modality:** Giá trị cố định “OP” (Ophthalmic Photography - Chụp ảnh nhãn khoa)
- **StudyID:** Mã của nghiên cứu (YYYYMMDDHHmmss)

3.2.5. Quy trình tắt thiết bị


Sau khi người vận hành khám xong thì phải kết thúc thao tác bằng cách nhấn nút  và xác nhận bằng lựa chọn “YES”.



Hình 100: Kết thúc vận hành

Ứng dụng sẽ vào màn hình chính và khuyến nghị rằng nếu thời gian chờ giữa các lần khám ngắn thì hãy để thiết bị ở chế độ chờ, nhấn nhanh nút bên phải của điện thoại thông minh để thiết bị ở trên màn hình reset lại.

Nếu không khám trong thời gian dài thì nên tắt điện thoại thông minh bằng cách nhấn nút bên phải của điện thoại thông minh trong vài giây và xác nhận tắt máy.



Hình 101: Tắt thiết bị

4. Tiến hành khám

4.1. Hậu phòng của mắt

Được cung cấp kiến thức về cách xử lý các hệ thống tích hợp Eyer®, truy cập màn hình chụp ảnh như trong hình 43, sau đó làm theo các bước bên dưới để chụp ảnh.

- Điều chỉnh thông số máy theo mục 3.2.4.1.2.5 Chụp ảnh màn hình;
- Đứng phía trước bệnh nhân;
- Giữ thiết bị vuông góc với bệnh nhân;
- Giữ thân ống kính bằng đầu ngón trỏ và ngón cái bên trái. Các ngón tay khác đặt trên đầu bệnh nhân cho đến khi quá trình chụp hoàn tất;
- Cầm Eyer® bằng tay phải;
- Yêu cầu bệnh nhân mở to cả hai mắt và che mắt không khám bằng bàn tay khum lại;
- Yêu cầu bệnh nhân nhìn thẳng vào đèn đỏ của thiết bị;
- Đưa thiết bị lại gần vùng mắt của bệnh nhân một cách nhẹ nhàng sao cho nắp chụp mắt ghép khít và hình ảnh đồng nhất, bao phủ hoàn toàn hình tròn như trong hình 102;
- Tay trái di chuyển thiết bị. Tay phải chỉ chụp ảnh.
- Nếu hình ảnh võng mạc có màu đen, hãy di chuyển thiết bị ra xa và lặp lại quy trình thao tác.
- Tiến hành chụp ảnh.



Hình 102: Định vị thiết bị để chụp ảnh võng mạc

Hình ảnh đã chụp hiển thị trong vài giây rồi ngay lập tức được lưu vào thư viện ảnh như trong hình 103, để mở màn hình chụp ảnh mới.



Hình 103: Ví dụ chụp ảnh đoạn sau của mắt



Vì khi khám sẽ chiếu ánh sáng đèn flash thẳng trực tiếp vào mắt bệnh nhân nên có thể gây ra đôi chút khó chịu, mắt bị mờ nhẹ và tối đen trong vài giây. Khuyến nghị nên cảnh báo cho bệnh nhân biết trước hiện tượng này.




Không có bất cứ chống chỉ định nào đối với thao tác khám đáy mắt bằng thiết bị Eyer. Tuy nhiên, người vận hành thiết bị phải đánh giá xem da vùng mắt nơi thiết bị tiếp xúc có còn lành và sạch không. Cần thiết tiến hành đánh giá nếu những tình trạng sinh lý đặc biệt của bệnh nhân sẽ không nặng hơn với cảm giác khó chịu nhẹ khi khám, để cân nhắc trước các lợi ích khi khám bằng thiết bị.

4.2. Tiền phòng của mắt

Vào tính năng chụp màn hình như trong hình 45, sau đó làm theo các bước bên dưới để chụp ảnh như trong hình 104.

- Đứng phía trước bệnh nhân;
- Chọn “anterior” trong chụp màn hình, mục 3.2.4.1.2.5 Màn hình chụp ảnh, biểu tượng 3;
- Chọn mắt cần khám, trái hoặc phải, biểu tượng 1;
- Giữ thiết bị vuông góc với bệnh nhân;
- Giữ thân ống kính bằng đầu ngón trỏ và ngón cái tay trái. Các ngón tay khác đặt trên đầu bệnh nhân cho đến khi chụp xong;
- Cầm Eyer® bằng tay phải;
- Yêu cầu bệnh nhân mở to cả hai mắt và che mắt bên không khám bằng bàn tay khum;
- Căn giữa mống mắt trong vòng tròn hiển thị ở chế độ chụp trước;
- Hoàn thành chụp ảnh.



Hình 104: Ảnh chụp ở tiền phòng của mắt

5. Bảo trì, xử lý và vệ sinh



Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để bảo trì và vệ sinh thiết bị Eyer® đúng cách. Không được dùng hóa chất gây ăn mòn và các vật liệu gây trầy xước khác.

- Không lau thiết bị trên bề mặt phụ kiện;
- Vệ sinh và khử trùng thiết bị bằng cách lau thiết bị bằng một miếng vải thấm cồn etylic 70°, sau đó bằng một miếng vải khô hoặc đợi cho đến khi cồn bay hơi. Quy trình tương tự phù hợp với nắp chụp mắt;
- Vệ sinh thấu kính bằng cách loại bỏ nhẹ bụi hoặc các chất bẩn khác bằng cách sử dụng một miếng vải sợi siêu nhỏ (microfiber) khô hoặc được làm ẩm nhẹ bằng acetone.



Không được vệ sinh các linh kiện điện tử và đầu nối điện.

Không được để cho chất lỏng rò rỉ qua các lỗ vào trong vì có thể sẽ gây hỏng thiết bị vĩnh viễn.

Người dùng hoặc người vận hành không thể tiến hành bảo trì thiết bị này. Nhà sản xuất khuyến nghị nên để cho Phelcom tiến hành kiểm tra bảo trì thường xuyên phòng ngừa hỏng hóc. Hàng năm phải kiểm tra để phát hiện hư hỏng, tăng độ an toàn và kéo dài tuổi thọ của thiết bị.

Không có bộ phận nào có thể hoán đổi cho nhau được trong thiết bị.



Chỉ nên sử dụng dịch vụ kỹ thuật của Phelcom hoặc hỗ trợ kỹ thuật được Phelcom ủy quyền.

6. Đóng gói, bảo quản, vận chuyển, lựa chọn địa điểm, vận hành và điều kiện môi trường

Tuân thủ các hướng dẫn sau:

- Sử dụng bao bì gốc hoặc hộp thích hợp để vận chuyển và bảo quản thiết bị. Luôn luôn tuân thủ hướng dẫn trên nhãn mác thiết bị. Tránh để thiết bị trong môi trường có độ ẩm quá cao hoặc có dao động nhiệt độ, ngay cả khi được đóng gói.
- Tuân thủ các nhãn an toàn được dán trên bao bì thiết bị.
- Tránh va đập (sốc, rơi, v.v.) có thể gây hư hỏng cơ học, quang học và/hoặc điện tử, dẫn đến mất hiệu chuẩn do Phelcom thực hiện.
- Địa điểm bảo quản, vận chuyển và vận hành phải kiểm soát điều kiện về môi trường. Nhiệt độ phải từ 5 °C (41 °F) đến 40 °C (104 °F). Độ ẩm tương đối tối đa là 75%, áp suất khí quyển phải từ 800 hPa đến 1060 hPa.
- Không để thiết bị tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng quá 5 phút.
- Luôn giữ thiết bị và khu vực xung quanh sạch sẽ.

7. Linh kiện đính kèm và phụ kiện

Các linh kiện và phụ kiện sau đây cấu thành thiết bị như trong hình 105:



Hình 105: Các linh kiện và phụ kiện đi kèm

7.1. Linh kiện đính kèm

1. Thiết bị (Eyer Portable Retinograph) tích hợp với điện thoại thông minh;
2. Nắp bảo vệ ống kính;
3. Nắp chụp bảo vệ mắt;
4. Đế phụ kiện (trạm sạc);
5. Bộ sạc và cáp USB;
6. Điện thoại thông minh hợp chuẩn;
7. Thân ống kính quang;
8. Cổng sạc;
9. Hộp chứa linh kiện điện tử;
10. Nhãn hợp quy có thông tin cơ bản

7.2. Phụ kiện

11. Hướng dẫn sử dụng (Mã QR dẫn đến trang web có tất cả hướng dẫn sử dụng của Phelcom; chọn phiên bản tiếng Việt)
12. Hộp carton gồm vali chứa thiết bị và bộ linh kiện Eyer Portable Retinograph
13. Hộp carton chứa phụ kiện gắn lên đèn khe (slit lamp adapter)

8. Thải bỏ

Sau khi vệ sinh định kỳ, như được mô tả trong phần 5 - **Bảo trì, xử lý và vệ sinh**, thiết bị không gây thêm rủi ro vì là thiết bị y tế. Đối với mục đích thải bỏ, có thể xem đây là một thiết bị điện đơn giản.

Việc thải bỏ thiết bị hoặc linh kiện của thiết bị phải tuân theo các quy định về môi trường, chỉ thị 2002/96/CE, thông qua các công ty tái chế hoặc xử lý chất thải rắn được cấp phép tại quốc gia sở tại.

Việc thải bỏ thiết bị hoặc các linh kiện không cần gửi đến nhà máy. Tham khảo ý kiến nhà cung cấp được Phelcom ủy quyền tại địa phương trước khi thải bỏ. Người dùng chịu trách nhiệm thải bỏ Eyer® và các bộ phận đã sử dụng sau thời gian sử dụng và phải tôn trọng luật pháp địa phương. Không thải bỏ sản phẩm hoặc các linh kiện của thiết bị cùng với rác thải sinh hoạt thông thường.

Thường xuyên kiểm tra tất cả các thành phần của thiết bị để phát hiện rủi ro đối với môi trường, nhóm và cộng đồng. Ngoài ra, hãy kiểm tra về quy định thải bỏ an toàn, tuân theo các quy định địa phương.

Khi không được vận hành, phải bảo vệ Eyer® tránh khỏi sự sử dụng không đúng tiêu chuẩn.

Có thể tái chế bao bì, bao gồm khoảng 250 g bìa cứng và 50 g nhựa, hình 106 và hình 107.



Hình 106: Thải bỏ thiết bị và các bộ phận



Hình 107: Xử lý bao bì

9. Dây cáp và kết nối sạc


9.1. Dây cáp

Thiết bị này không có dây cáp nguồn vì sử dụng pin của điện thoại thông minh. Sử dụng cáp chính hãng của điện thoại thông minh để sạc thiết bị.


9.2. Kết nối sạc

Có hai kết nối có thể sạc điện:

- Sạc điện thoại thông minh: Cắm bộ sạc đã kết nối với lưới điện như trong hình 83, vào cổng Eyer® USB-C như trong hình 108.
- Sạc đế phụ kiện: Lắp cáp nguồn ở dưới cùng của đế phụ kiện như trong hình 110 và cắm Eyer® để sạc như trong hình 111.



Hình 108: Eyer® được kết nối với bộ sạc



Hình 109: Mặt sau của Eyer®



Hình 110: Cáp được kết nối ở đáy của đế phụ kiện

Hình 111: Eyer® đặt lên đế phụ kiện để sạc điện

Có thể không cần cắm sạc trực tiếp vào điện lưới mà sạc thông qua bộ sạc điện thoại thông minh trong khi sạc pin. Luôn sử dụng bộ sạc chính hãng trong điều kiện tốt.



Tránh chạm vào bệnh nhân hoặc các điểm tiếp xúc điện bị hở trong các quy trình tiếp xúc với thiết bị, như khi thay đổi phụ kiện để sạc hoặc khi thay thế điện thoại thông minh.

Việc sử dụng các phụ kiện, đầu dò và dây cáp không theo hướng dẫn cụ thể của sách hướng dẫn này có thể làm tăng phát xạ điện từ và giảm khả năng miễn nhiễm điện từ

10. Thông tin kỹ thuật

10.1. Đặc tính quang học


Phelcom Eyer® tuân thủ tất cả các yêu cầu của ANSI Z80.36-2016, ISO 10940:2009, ISO 15004-1 và ISO 15004-2 và được phân loại là máy ảnh soi đáy mắt Nhóm 1. Điều đó có nghĩa là bệnh nhân không gặp bất kỳ rủi ro nào liên quan đến ánh sáng của thiết bị trong quá trình chụp ảnh võng mạc.

Các đặc điểm quang học của Phelcom Eyer® được tóm tắt trong bảng 2.


Bảng 2: Đặc điểm quang học của Phelcom Eyer®

Soi đáy mắt không giãn đồng tử	Eyer® sử dụng tia hồng ngoại tập trung ở bước sóng 850 nm trong chế độ xem trước, cho phép chụp ảnh võng mạc mà không cần sử dụng thuốc nhỏ mắt để làm giãn đồng tử. Đường kính đồng tử tối thiểu để thực hiện khám võng mạc là 3 mm.
Trường nhìn tức thời (FOV)	45°
Khoảng bù trừ độ khúc xạ của bệnh nhân	- 20 D đến +20 D khi lấy nét tự động hoặc điều chỉnh thủ công.
Các điểm cố định bên trong	9 điểm hỗ trợ việc đồng nhất vị trí điểm vàng và đĩa thị tập trung vào thần kinh trung tâm và hình ảnh võng mạc ngoại biên.
Khám	Chụp ảnh võng mạc có màu, chụp ảnh võng mạc sử dụng ánh sáng không chứa bước sóng đỏ và chụp ảnh đoạn trước của mắt.
Độ phân giải	Độ phân giải camera 12 MP Độ phân giải hình ảnh 1600 x 1600 px

Biểu đồ 1 hiển thị hình ảnh về phổ phát xạ Eyer® để chụp ảnh võng mạc và đoạn trước của mắt và Biểu đồ 2 hiển thị hình ảnh về phổ phát xạ Eyer® ở chế độ xem trước.



Biểu đồ 1: Phổ phát xạ của Eyer® để chụp ảnh võng mạc và đoạn trước của mắt



Biểu đồ 2: Phổ phát xạ của Eyer® ở chế độ xem trước

10.2. Đặc tính điện học

Bệnh nhân được bảo vệ khỏi các rủi ro liên quan đến năng lượng từ lưới điện nhờ sự khóa phần mềm không cho phép thực hiện các thủ tục khám trong khi sạc. Bảng 3 hiển thị thông tin về thiết bị và phân loại thiết bị.

Bảng 3: Thông số kỹ thuật của thiết bị di động Eyer®

Bảo vệ chống điện giật	Thiết bị loại 2
Mức độ bảo vệ chống điện giật	Thiết bị loại BF
Mức độ bảo vệ chống nước xâm nhập gây hư hỏng	Bảng điều khiển: Không được bảo vệ (IPX0)
Phương pháp khử trùng hoặc tiết trùng	Tiệt trùng: không áp dụng Khử trùng: Dùng một miếng vải sạch được làm ẩm bằng nước và chất tẩy rửa nhẹ
Mức độ an toàn để sử dụng khi có hỗn hợp gây mê dễ cháy	Không thích hợp để sử dụng khi có hỗn hợp gây mê dễ cháy với không khí, oxy hoặc oxit nitơ.
Chế độ hoạt động	Thiết bị hoạt động liên tục với chế độ sạc ngắt quãng
Điện áp nguồn	5 VDC (được cấp nguồn từ điện thoại thông minh)
Công suất	Công suất ở chế độ chờ: 0,15W Công suất khi hoạt động: 2W
Cường độ dòng điện tối đa	500 mA
Tần số	0 Hz (dòng điện liên tục)
Kích thước (cao x rộng x dài)	185 mm x 85 mm x 160 mm
Trọng lượng	600 g
Dòng/Chủng loại	Eyer® Portable Retinograph/NM-STD
Phần mềm/Ứng dụng	Eyer®

11. Cảnh báo

Phelcom không chịu trách nhiệm về thiết bị trong trường hợp những người không được ủy quyền tháo rời và/hoặc sửa đổi thiết bị. Không được phép sửa đổi thiết bị này.

Trong trường hợp thiết bị được sử dụng không theo hướng dẫn trong Hướng dẫn sử dụng này thì thiết bị sẽ tự động mất hiệu lực bảo hành. Đọc kỹ các điều khoản sử dụng. Liên hệ với cơ sở bảo hành khi có nghi vấn.



Liên hệ với cơ sở bảo hành trong trường hợp xảy ra tai nạn hoặc bất cứ dấu hiệu bất thường nào. Luôn tuân thủ các quy trình y tế được cấp phép và luật pháp hiện hành.

Việc sử dụng thiết bị không gây hại cho môi trường, tuy nhiên việc thải bỏ thiết bị phải tuân theo các quy định trong phần **8 - Thải bỏ**.

Luôn tắt thiết bị bằng phần mềm khi không sử dụng để tránh tiêu hao năng lượng quá mức.

Quý khách đã mua một thiết bị công nghệ cao do một công ty Brazil sản xuất, nghĩa là quý khách có thể tiếp cận dịch vụ sau bán hàng của chúng tôi thông qua thông tin liên hệ ở trang cuối cùng trong Hướng dẫn sử dụng này.

12. Hướng dẫn khắc phục sự cố

Chương này trình bày một số vấn đề về vận hành có thể gặp phải khi sử dụng thiết bị. Người dùng có thể kiểm tra các thông số kỹ thuật trong bảng 4 để khắc phục các sự cố đơn giản hơn hoặc liên hệ với cơ sở bảo hành.



Nếu sự cố đã nêu vẫn kéo dài ngay cả sau khi đã cố gắng giải quyết theo như hướng dẫn thì quý khách nên sử dụng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật.

Bảng 4: Thông số kỹ thuật cho các vấn đề vận hành thiết bị

SỰ CỐ	HƯỚNG XỬ TRÍ KHẢ DỤNG
Thiết bị không mở lên được	Kiểm tra xem điện thoại thông minh có đang bật chưa. Kiểm tra xem điện thoại thông minh còn pin không. Kiểm tra xem điện thoại thông minh có kết nối với thiết bị không.
Thiết bị ngừng hoạt động	Nếu thiết bị tắt đột ngột trong khi hoạt động, trước tiên hãy kiểm tra kết nối giữa điện thoại thông minh và thân thiết bị.
Điện thoại thông minh không hoàn toàn tương thích với thiết bị	Đảm bảo điện thoại thông minh đúng loại Phelcom gửi.
Điện thoại thông minh không sạc điện khi đặt trên đế phụ kiện	Kiểm tra xem đế phụ kiện có kết nối với bộ sạc của điện thoại thông minh hay không. Đảm bảo là có sử dụng bộ chuyển đổi (adapter) để sạc pin. Kiểm tra kết nối của điện thoại thông minh với đế phụ kiện.
Chất lượng hình ảnh kém thấp	Đảm bảo điện thoại thông minh đúng loại Phelcom gửi. Đảm bảo đèn chiếu sáng mắt được sử dụng đúng cách và được gắn vào mắt của bệnh nhân được khám. Hãy đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng này và làm theo các hướng dẫn và khuyến nghị.
Ứng dụng không hoạt động	Kiểm tra xem có chọn đúng ứng dụng Eyer, đúng phiên bản cập nhật không. Cài đặt lại ứng dụng Eyer.
Người dùng quên mật khẩu	Nhấp vào “forgot password” để tạo mật khẩu mới. Một email sẽ được gửi đến để thay đổi mật khẩu, sau đó sẽ được cấp quyền truy cập.

12.1 Hỗ trợ từ xa

Trong trường hợp gặp vấn đề nào chưa có hướng dẫn giải quyết trong sách hướng dẫn này, người dùng có thể yêu cầu cơ sở bảo hành hỗ trợ từ xa. Việc truy cập sẽ được thực hiện bằng ứng dụng TeamViewer đã được tải sẵn.

Cơ sở bảo hành sẽ yêu cầu hỗ trợ từ xa thông qua ứng dụng TeamViewer, sau đó người dùng cần chấp thuận cho hỗ trợ từ xa bằng cách chấp nhận các điều khoản và điều kiện. Phelcom có giấy phép của ứng dụng TeamViewer dành cho doanh nghiệp, thông tin bảo mật có tại:

<https://www.teamviewer.com/en-us/remote-management/support/security>

Sau khi thiết lập kết nối an toàn, Phelcom sẽ cho phép chia sẻ màn hình trên thiết bị này và bắt đầu hỗ trợ cùng với người dùng. Ứng dụng Eyer mặc định không cho phép chụp ảnh màn hình, tức là để truy cập từ xa và xem màn hình ứng dụng thì cần cấp quyền dựa trên sự đồng ý của người dùng.

Tất cả thông tin nhạy cảm trong ứng dụng Eyer được lưu trữ trong khu vực được bảo vệ và mã hóa, các ứng dụng khác không thể truy cập vào thông tin này.

Trong quá trình truy cập từ xa, người dùng thiết bị cần phải truy cập vào tài khoản thiết bị, chỉ từ thời điểm đó, tổ hỗ trợ mới có thể đánh giá vấn đề do người dùng báo cáo. Trong quá trình sử dụng dịch vụ, khách hàng có thể tuân thủ mọi quy trình thực hiện trên thiết bị.

13. Tiêu chuẩn an toàn điện từ

Thiết bị này đã được kiểm tra và xác nhận tuân thủ các giới hạn dành cho thiết bị y tế theo tiêu chuẩn IEC 60601-1-2:2014. Các biện pháp phòng ngừa đặc biệt áp dụng cho thiết bị này về khả năng tương thích điện từ (EMC). Để tránh nhiễu điện từ, thiết bị chỉ có thể vận hành và bảo dưỡng theo hướng dẫn sử dụng bằng các linh kiện do Phelcom cung cấp.

Nếu Eyer Portable Retinograph mất hoặc giảm tính năng hoạt động do nhiễu điện từ, điều này có thể gây ra hoạt động không mong muốn hoặc bất lợi cho thiết bị này. Nếu không thể khắc phục sự cố, vui lòng liên hệ với cơ sở bảo hành.

Khách hàng hoặc người dùng thiết bị này phải đảm bảo là thiết bị Eyer® được sử dụng trong môi trường phù hợp với thông số kỹ thuật của hướng dẫn này, tuân theo các mô tả về độ tương thích của thiết bị đối với các quy định miễn nhiễm điện từ và phát xạ.



Nên tránh sử dụng thiết bị này liền kề hoặc xếp chồng lên các thiết bị khác vì có thể dẫn đến hoạt động không đúng cách. Nếu cần phải sử dụng trong điều kiện như vậy, phải quan sát thiết bị này và các thiết bị khác để xác minh rằng các thiết bị vận hành bình thường.

Không nên vận hành thiết bị ở khu vực xung quanh hoặc cùng với thiết bị phẫu thuật tần số cao.



Việc sử dụng các phụ kiện, bộ chuyển đổi và cáp không đúng với phụ kiện do nhà sản xuất thiết bị này chỉ định hoặc cung cấp có thể dẫn đến tăng lượng phát xạ điện từ hoặc giảm khả năng miễn nhiễm điện từ của thiết bị này và dẫn đến thiết bị hoạt động không đúng cách.



Không được sử dụng thiết bị liên lạc RF di động (bao gồm các thiết bị ngoại vi như cáp ăng-ten và ăng-ten ngoài) trong khoảng cách dưới 30 cm (12 inch) với bất kỳ bộ phận nào của thiết bị Eyer, bao gồm cả dây cáp do nhà sản xuất chỉ định. Nếu không, có thể xảy ra tình trạng suy giảm hiệu suất hoạt động của thiết bị này.

Chỉ được mua dây cáp thay thế tại Phelcom. Sử dụng phụ kiện, bộ chuyển đổi hoặc dây cáp ngoài mô tả trong hướng dẫn sử dụng này hoặc không mua hàng chính hãng của Phelcom làm linh kiện thay thế có thể dẫn đến tăng lượng khí thải hoặc giảm khả năng miễn nhiễm của thiết bị.

13.1. Tuyên bố và hướng dẫn của nhà cung cấp - Phát thải điện từ

Bảng 5 hiển thị thông tin về môi trường điện từ dành cho việc sử dụng Eyer®.

Bảng 5: Thông tin về việc tuân thủ các yêu cầu miễn nhiễm điện từ dựa trên Bảng 1 - IEC 60601-1-2, 2014

THỬ NGHIỆM MIỄN NHIỄM	HỢP QUY	MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỪ - CHỈ THỊ
Phát xạ RF theo tiêu chuẩn IEC CISPR 11	Nhóm 1	Eyer chỉ sử dụng năng lượng RF trong các chức năng bên trong của thiết bị. Do đó, lượng phát xạ RF của thiết bị rất thấp, không có khả năng gây nhiễu cho thiết bị điện tử gần đó.

THỬ NGHIỆM MIỄN NHIỆM	HỢP QUY	MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỪ - CHỈ THỊ
Phát xạ RF	Lớp A	Eyer phù hợp để sử dụng trong tất cả các cơ sở, bao gồm cả nhà ở và các cơ sở này kết nối trực tiếp với lưới điện hạ thế công cộng dùng trong mục đích dân dụng.
Phát thải hài hòa theo tiêu chuẩn IEC 61000-3-2	Hợp quy	
Phát xạ do dao động điện áp/chập chờn theo tiêu chuẩn IEC 61000-3-3	Hợp quy	

13.2. Tuyên bố và hướng dẫn của nhà cung cấp - Miễn nhiễm điện từ

Eyer® duy trì tính an toàn và hiệu suất hoạt động cơ bản khi sử dụng trong môi trường điện từ quy định trong bảng 6 và bảng 7. Khách hàng hay người dùng phải đảm bảo sử dụng thiết bị trong môi trường đó.

Bảng 6: Thông tin về các yêu cầu tuân thủ và miễn nhiễm điện từ đối với các thiết bị không nhằm mục đích HỖ TRỢ SỰ SỐNG, dựa trên Bảng 2 - IEC 60601-1-2, 2014

THỬ NGHIỆM MIỄN NHIỆM	CẤP ĐỘ THỬ NGHIỆM IEC 60601	MỨC ĐỘ HỢP QUY	MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỪ - CHỈ THỊ
Phóng tĩnh điện (ESD) theo tiêu chuẩn IEC 61000-4-2	± 8 kV theo tiếp xúc $\pm 2, 4, 8$ và 15 kV qua không khí	Hợp quy	Sàn nhà phải được làm bằng gỗ, bê tông hoặc gạch men. Nếu sàn được phủ bằng vật liệu tổng hợp, độ ẩm tương đối phải dưới 30%.
Bướu xung/quá độ điện nhanh theo tiêu chuẩn IEC 61000-4-4	± 2 kV, 100 kHz	Hợp quy	Chất lượng nguồn điện chính phải đạt chất lượng của môi trường thương mại hoặc bệnh viện thông thường.
Tăng áp theo tiêu chuẩn IEC 61000-4-5	$\pm 0,5$ và 1 kV	Hợp quy	Chất lượng nguồn điện chính phải đạt chất lượng của môi trường thương mại hoặc bệnh viện thông thường.
Sụt áp, gián đoạn ngắn và thay đổi điện áp trong đường dây đầu vào nguồn điện theo tiêu chuẩn IEC 61000-4-11	100% 0,5 chu kỳ 100% 1 chu kỳ 30% 30 chu kỳ 100% 300 chu kỳ	Hợp quy	Chất lượng nguồn điện chính phải đạt chất lượng của môi trường thương mại hoặc môi trường bệnh viện thông thường. Nếu người dùng Eyer cần phải hoạt động liên tục trong thời gian nguồn điện bị gián đoạn thì thiết bị nên được cấp nguồn từ nguồn điện liên tục hoặc pin.
Trường điện từ ở tần số nguồn (50/60 Hz) theo tiêu chuẩn IEC 61000-4-8	30 A/m	Hợp quy	Từ trường tần số nguồn phải ở mức đặc trưng của một vị trí điển hình trong môi trường thương mại hoặc bệnh viện điển hình.

LƯU Ý: Ut là hiệu điện thế nguồn cấp điện xoay chiều trước khi áp dụng mức thử nghiệm

Bảng 7: Khuyến nghị về khoảng cách tách biệt giữa thiết bị và nguồn phát RF dựa trên Bảng 4 – IEC 60601-1-2, 2014

THỬ NGHIỆM MIỄN NHIỆM	CẤP ĐỘ THỬ NGHIỆM IEC 60601	MỨC ĐỘ HỢP QUY	MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỪ - CHỈ THỊ
RF áp dụng theo tiêu chuẩn IEC 61000-4-6	Tần số 3 Vrms 150 KHz đến 80 MHz & 6 Vrm ISM	Tần số 3 Vrms 150 KHz đến 80 MHz & 6 Vrm ISM	Không được sử dụng thiết bị liên lạc RF cầm tay và di động gần bất kỳ bộ phận nào của Eyer, bao gồm cả dây cáp, trong khoảng cách tách biệt thấp hơn khuyến nghị, được tính toán từ phương trình áp dụng cho tần số của thiết bị phát.
RF phát xạ theo tiêu chuẩn IEC 61000-4-3	3 V/m 880 MHz đến 2,7 GHz	3 V/m	Khoảng cách tách biệt đề xuất: $d = 1,2 \sqrt{P} \text{ (80 MHz đến 800 MHz)}$ $d = 2,3 \sqrt{P} \text{ (800 MHz đến 2,7 GHz)}$ Trong đó P là công suất đầu ra định mức tối đa của thiết bị phát, tính bằng Watt, theo nhà sản xuất thiết bị phát và D là khoảng cách tách biệt được khuyến nghị tính bằng mét (m). Khuyến nghị về cường độ trường của thiết bị phát RF được xác định thông qua thử nghiệm điện từ cục bộ, ^athấp hơn mức tuân thủ trong mỗi dải tần số. ^bCó thể xảy ra nhiễu xung quanh thiết bị được đánh dấu bằng ký hiệu sau: 

LƯU Ý 1: Tần số cao nhất được áp dụng ở 80 MHz và 800 MHz.

LƯU Ý 2: Những chỉ thị này có thể không áp dụng cho mọi tình huống. Sự lan truyền điện từ bị ảnh hưởng bởi sự hấp thụ và phản xạ của các cấu trúc, vật thể và con người.

LƯU Ý 3: Dải tần ISM (công nghiệp, khoa học và y tế) trong khoảng 0,15 Mhz đến 80 Mhz là 6,765-6,795 MHz; 13,553-13,567 MHz; 26,957-27,283 MHz và 40,66-40,70 MHz.

A) Cường độ trường được thiết lập bởi các máy phát cố định, chẳng hạn như đài phát thanh cơ sở, điện thoại (điện thoại di động, điện thoại không dây) và đài di động mặt đất, đài nghiệp dư, truyền dẫn đài AM và FM và máy phát TV không thể dự đoán chính xác về mặt lý thuyết. Nên kiểm tra điện từ tại chỗ để đánh giá môi trường điện từ do các bộ phát RF cố định gây ra. Nếu số đo cường độ trường nơi sử dụng thiết bị Eyer vượt quá mức tuân thủ ở trên, phải quan trắc thiết bị Eyer để xác minh tính bình thường trong vận hành. Nếu quan trắc thấy vận hành bất thường, có thể cần thực hiện các quy trình bổ sung, chẳng hạn như định hướng lại hoặc định vị lại Eyer.

B) Cường độ trường phải nhỏ hơn 3V/m đối với dải tần trên 150 KHz đến 80 MHz

13.3. Khoảng cách tách biệt tối thiểu theo khuyến nghị giữa các thiết bị liên lạc RF di động và Eyer®

Thiết bị Eyer® vẫn giữ được hiệu suất hoạt động chính và mức độ an toàn cơ bản khi sử dụng trong môi trường điện từ kiểm soát được nhiều RF bức xạ. Khách hàng hoặc người dùng Eyer® có thể giúp ngăn chặn nhiễu điện từ bằng cách giữ khoảng cách tối thiểu giữa thiết bị liên lạc RF xách tay hoặc di động (máy phát) và thiết bị Eyer®, theo khuyến cáo trong bảng 8, theo điện áp đầu ra tối đa của thiết bị liên lạc.

Bảng 8: Khuyến nghị về khoảng cách tách biệt giữa thiết bị xách tay và thiết bị di động với nguồn phát RF, dựa trên Bảng 6 - IEC 60601-1-2, 2014.

Điện áp đầu ra tối đa của máy phát (W)	KHOẢNG CÁCH TÁCH BIỆT THEO TẦN SỐ MÁY PHÁT (m)		
	150 kHz đến 80 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	80 MHz đến 800 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	800 MHz đến 2,5 GHz $d = 2,3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Đối với các máy phát có công suất đầu ra định mức tối đa không nêu ở bảng trên, có thể tính toán khoảng cách tách biệt khuyến nghị tính bằng mét (m) thông qua phương trình áp dụng cho tần số máy phát, trong đó P là định mức công suất đầu ra tối đa của máy phát tính bằng watt (W) theo nhà sản xuất máy phát.

LƯU Ý 1: Từ 80 MHz đến 800 MHz, áp dụng khoảng cách tách biệt cho tần số cao nhất.

LƯU Ý 2: Có thể không áp dụng các hướng dẫn này trong tất cả mọi tình huống. Sự lan truyền điện từ bị ảnh hưởng bởi sự hấp thụ và phản xạ của các cấu trúc, vật thể và con người.

LƯU Ý 3: Thiết bị liên lạc RF cầm tay và di động có thể ảnh hưởng đến thiết bị Eyer®.

13.4. Nhiều tần số vô tuyến

Thiết bị Eyer® tuân theo quy định EN 60601-1-2:2014, tuân thủ tất cả các yêu cầu hiện hành về khả năng tương thích điện từ, miễn là đáp ứng các giới hạn môi trường tại địa phương.



Không được sử dụng thiết bị trong môi trường có trường điện từ cao bất thường như phòng MRI hoặc gần máy CT, điện nhiệt, RFID và các hệ thống an ninh điện từ như máy dò kim loại. Trong trường hợp có máy phát RF (ví dụ: RFID) mà có thể không phát hiện được bằng mắt thường, thiết bị có thể tiếp xúc với các trường từ các máy phát RF này mà người dùng không biết được, khiến thiết bị gặp trục trặc.

14. Khả năng tương thích sinh học

Phelcom tuyên bố rằng vật liệu được sử dụng trong bộ phận được áp dụng của thiết bị Eyer® được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 10993-1 - Đánh giá sinh học các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, do đó không gây rủi ro khi sử dụng.

Phụ kiện nắp chụp bảo vệ mắt (eyecap) do Phelcom Technologies sản xuất và có hạn sử dụng là 5 năm.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Phelcom Technologies

Mã số đăng ký/FEI: 3017175640

Mã số Chủ Sở Hữu/Người Vận hành: 10072211

Mã số DUNS: 945005233

Rua José Missali, n° 820, CEP [Zip Code]: 13562-405 Brazil

Điện thoại: +55 (16) 3413-3088

support@phelcom.com

CƠ SỞ NHẬP KHẨU - CƠ SỞ BẢO HÀNH

Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam)

Số 16 VSIP, đường số 5, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore,
phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 028-3822 9322

Email: enquiries@rohto.com.vn

15. Thuật ngữ và ký hiệu

Phần này hiển thị tất cả các ký hiệu liên quan đến an toàn thiết bị và ý nghĩa của các ký hiệu đó, bảng 9, cũng như các nhãn trên bao bì bảo vệ của thiết bị.

Bảng 9: Nhãn, ký hiệu và biểu tượng

KÝ HIỆU	BIỂU TƯỢNG	KÝ HIỆU	BIỂU TƯỢNG
	Dễ vỡ; vận chuyển cẩn thận		Hướng dẫn vận hành
	Tránh mưa gió		Thiết bị loại II
	Nhà sản xuất		Dòng điện một chiều
	Tránh ánh nắng		Tiếp đất
	Giới hạn nhiệt độ		Vật liệu tái chế
	Bộ phận ứng dụng Loại BF		Xử lý chất thải điện và điện tử
	Dấu hiệu cảnh báo chung		Luật liên bang hạn chế chỉ được bán thiết bị này cho hoặc theo yêu cầu của bác sĩ hoặc người hành nghề được cấp phép.

16. Thông tin an ninh mạng

16.1. Mục đích

Mục đích của phần này là tóm tắt các biện pháp kiểm soát an ninh mạng của hệ thống **Eyer® Portable Retinograph**.

16.2. Tổng quan về hệ thống

Hệ thống **Eyer® Portable Retinograph** có giao diện rất quan trọng đối với an ninh mạng như sau:

- Công tác quản trị Eyer có thể quản lý thông tin xác thực và quyền quản lý người dùng phù hợp.
- Dữ liệu nhạy cảm có thể được chia sẻ bên ngoài bối cảnh ứng dụng, điều này dẫn đến dữ liệu không được mã hóa.
- Nếu thiết bị bị tháo rời, có thể truy cập được cổng USB của thiết bị.

16.3. Nguyên tắc chung

Quản lý rủi ro an ninh mạng là trách nhiệm chung giữa các bên liên quan bao gồm nhà sản xuất thiết bị y tế, người dùng và cơ sở chăm sóc sức khỏe. Việc không duy trì an ninh mạng có thể dẫn đến chức năng của thiết bị bị xâm phạm, mất tính khả dụng hoặc tính toàn vẹn của dữ liệu hoặc khiến các thiết bị hoặc mạng được kết nối khác gặp các mối đe dọa bảo mật.

Điện thoại thông minh bị hạn chế chỉ cài đặt hệ điều hành Android và dành riêng cho **Eyer® Portable Retinograph**, để tránh nguy cơ nhiễm vi-rút và các phần mềm độc hại khác, người dùng phải cài đặt và kích hoạt phần mềm chống vi-rút và làm theo gợi ý của phần mềm bên thứ ba (bao gồm cả các bản cập nhật vi-rút) để cập nhật.

Khi phát hiện lỗ hổng hoặc lỗi, người dùng nên báo cáo qua email theo địa chỉ: privacy@phelcom.com.

16.4. Chức năng an ninh mạng

16.4.1. Xác thực người dùng

Hệ thống **Eyer® Portable Retinograph** sử dụng Android làm hệ điều hành chính. Bản thân hệ điều hành cho phép người dùng cuối thiết lập và thiết lập “Tài khoản người dùng” cho thiết bị với nhiều hình thức xác thực khác nhau, chẳng hạn như nhận dạng số, mẫu, khuôn mặt và dấu vân tay.

Ứng dụng Eyer® của Phelcom có phương thức xác thực để truy cập các chức năng chính của ứng dụng và quản trị viên bắt buộc phải thiết lập tất cả tính năng theo phương thức an toàn và bảo mật.

16.4.2. Tự động đăng xuất

- Hệ điều hành có thể ngăn chặn việc truy cập và sử dụng thiết bị không đúng cách từ người dùng được ủy quyền nếu thiết bị không hoạt động trong một thời gian.
- Người dùng/quản trị viên có thể thiết lập khoảng thời gian thiết bị không hoạt động trước khi khóa màn hình tự động đăng xuất.
- Tính năng tự động đăng xuất/ khóa màn hình sẽ tránh truy cập trái phép vào ứng dụng Eyer® để bảo vệ tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính khả dụng của hệ thống và dữ liệu.

16.5. Sao lưu dữ liệu

- Để tránh mất dữ liệu bệnh nhân do thiết bị lưu trữ của thiết bị bị hỏng, người dùng nên thường xuyên sao lưu dữ liệu.
- Nên lưu trữ dữ liệu trên nhiều phương tiện lưu trữ độc lập và khác nhau để phân tán nguy cơ mất dữ liệu hoặc hư hỏng thiết bị lưu trữ.
- Thiết bị Eyer có thể được cấu hình để đồng bộ hóa tất cả dữ liệu thăm khám với máy chủ bên ngoài. Các kiểu truyền dữ liệu sau được hỗ trợ: DICOM, FTP và SMB/CIFS. Truyền dữ liệu được mã hóa

theo mặc định. Người dùng sẽ được thông báo cấu hình các tham số kết nối. Có thể tham khảo các bước cấu hình trong chương “3.2.4.3.4.1 - Thiết lập máy chủ chung”, “3.2.4.3.4.2 - Thiết lập máy chủ DICOM”, “3.2.4.3.4.3 - Thiết lập máy chủ FTP” và “3.2.4.3.4.4 - Thiết lập máy chủ SMB/CIFS” trong sách hướng dẫn sử dụng này.

- Một tùy chọn khác là chia sẻ thủ công, có thể thực hiện thông qua các tùy chọn do nền tảng Android cung cấp. Có thể sử dụng các tùy chọn sau: Wi-Fi, email và Bluetooth.

16.6. Các bản vá và cập nhật bảo mật

- Thiết bị Eyer được cài đặt sẵn phần mềm chống vi-rút khi xuất xưởng. Phần mềm chống vi-rút cập nhật định kỳ cơ sở dữ liệu mẫu để phát hiện các mối đe dọa, miễn là có kết nối Internet đang hoạt động. Quét định kỳ được thực hiện bởi phần mềm chống vi-rút để tìm ra các mối đe dọa có thể có trên hệ thống.
- Thiết bị Eyer có cơ chế cập nhật phần mềm qua mạng (SOTA) độc quyền giúp có thể nâng cấp ứng dụng Eyer từ xa. Quá trình truyền tải bản cập nhật được thực hiện thông qua các kênh liên lạc được mã hóa và các gói cập nhật được ký bằng chứng chỉ bảo mật thuộc sở hữu của Phelcom Technologies. Ứng dụng Eyer được cập nhật khi có phiên bản mới của phần mềm. Các phiên bản mới có thể chứa các tính năng mới, cải tiến hiệu suất hoạt động hoặc thậm chí là các bản sửa lỗi bảo mật.

16.7. Thông báo sự kiện an ninh mạng

Trong trường hợp xảy ra lỗi hoặc vấn đề bảo mật, người dùng sẽ được thông báo những sự kiện sau:

- Liên tục thất bại trong nỗ lực đăng nhập (thông báo qua email);
- Sử dụng ứng dụng Eyer trên thiết bị root: ứng dụng bị chặn và người dùng được thông báo (tin nhắn trên màn hình).

Các lỗ hổng do Phelcom Technologies xác định sẽ được thông báo qua email để cảnh báo người dùng. Sẽ kèm theo các biện pháp và quy trình đối phó nếu cần.

16.8. Các ứng dụng khác

Phelcom đặc biệt không khuyến khích cài đặt các ứng dụng khác vì nó có thể dẫn đến thêm rủi ro an ninh mạng, ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Bất kỳ ứng dụng nào được cài đặt khác với bộ cấu hình Eyer mặc định trong quy trình xuất xưởng sẽ do người dùng chịu trách nhiệm.

Tất cả thông tin nhạy cảm từ ứng dụng Eyer được lưu trữ ở dạng mã hóa trong khu vực được bảo vệ. Các ứng dụng khác không thể truy cập thông tin này. Phelcom Technologies khuyến nghị tất cả người dùng thiết bị Eyer nên sử dụng quyền kiểm soát của người giám hộ khi nhận sản phẩm, chỉ cho phép cài đặt các ứng dụng mới thông qua việc sử dụng mã PIN.

Quyền kiểm soát của người giám hộ tuân theo chính sách của Google Play và có thể tham khảo thông tin chi tiết tại: <https://support.google.com/families/answer/1075738?hl=en#zippy=%2Cset-up-parental-controls-for-apps-games>

17. Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành là 12 (mười hai) tháng, kể từ ngày xuất hóa đơn.

Phạm vi bảo hành được giới hạn trong phạm vi các lỗi sản xuất của các hệ thống và bộ phận trong thiết bị này, do một đại diện được công nhận của Phelcom chứng minh hợp lệ.

Trong trường hợp có hỗ trợ kỹ thuật và bảo trì, tất cả các chi phí vận chuyển, lưu trữ do người mua chịu. Trong thời gian bảo hành thiết bị, (các) lô hàng phải ở trong bao bì gốc, nếu không sẽ không được bảo hành.

Bảo hành sẽ bị hủy bỏ tự động trong trường hợp thiết bị được sử dụng không tuân theo phương thức sử dụng đã khuyến nghị trong Hướng dẫn sử dụng này. Bảo hành cũng sẽ bị hủy bỏ trong trường hợp vô tình đánh rơi, tháo mở hoặc tháo rời khung.

Phelcom không chịu trách nhiệm về thương tích cá nhân, chấn thương hoặc vết thương do sử dụng thiết bị sai cách.

Trách nhiệm dân sự của Phelcom liên quan đến thiết bị này và việc sử dụng thiết bị này chỉ trong phạm vi giá trị mua hàng mà Khách hàng đã thanh toán.

Trong trường hợp quan hệ thương mại với Phelcom không phải là hợp đồng mua bán, các điều khoản bảo hành và trách nhiệm áp dụng bắt buộc phải được quy định trong một thỏa thuận cụ thể.

CƠ SỞ NHẬP KHẨU - CƠ SỞ BẢO HÀNH

Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam)

Số 16 VSIP, đường số 5, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore,
phường Bình Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: 028-3822 9322

Email: enquiries@rohto.com.vn

EYER®

Máy chụp đáy mắt cầm tay - Mã GMDN: 10551

SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI

Phelcom Technologies S/A

Mã số đăng ký/FEI: 3017175640

Mã số Chủ Sở Hữu/Người Vận Hành: 10072211

Mã số DUNS: 945005233

Rua José Missali, nº 820 CEP [Zip Code]: 13562-405 Brazil

ĐT: +55 (16) 3413-3088

support@phelcom.com

CƠ SỞ NHẬP KHẨU - CƠ SỞ BẢO HÀNH

Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam)

Số 16 VSIP, đường số 5, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore,
phường Bình Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: 028-3822 9322

Email: enquiries@rohto.com.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHELCOM EYER® - NM-STD - THẨM TRA LẦN 6

01/07/2025

(ngày/tháng/năm)



P H E L C O M